

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 081/45 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-265-4442

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ แผ่นประคบเพื่อส่งผ่านความร้อน สำหรับงานกายภาพบำบัด
(Hydrocollator pack for Physiotherapy)

หน่วยนับ แผ่น

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.1.1 เป็นถุงผ้าใช้ส่งผ่านความร้อนสำหรับงานรักษาทางกายภาพบำบัด

1.1.2 ภายในบรรจุสาร Silicate gel ที่สามารถเก็บความร้อนได้นาน ไม่น้อยกว่า 20 นาที ที่อุณหภูมิห้อง และเมื่อเย็นลงสามารถนำไปต้มน้ำร้อนเพื่อนำกลับมาใช้ได้อีก

1.1.3 มีขนาดต่าง ๆ กัน ตามแต่บริเวณที่ต้องการใช้ ดังนี้

- ขนาดสำหรับหลัง	10 x 18	นิ้ว
- ขนาดสำหรับหลัง	10 x 24	นิ้ว
- ขนาดมาตรฐาน	10 x 12	นิ้ว
- ขนาดสำหรับคอ และ หลัง	24 x 23	นิ้ว
- ขนาดเล็ก	5 x 12	นิ้ว
- ขนาดสำหรับเข่าและ ไหล่	10 x 20	นิ้ว
- ขนาดใหญ่ พิเศษ	15 x 24	นิ้ว
- ขนาดสำหรับคอ ยาว	24	นิ้ว
- ขนาดสำหรับกล้ามเนื้อหน้า ยาว	23	นิ้ว

1.1.4 ขนาดและขนาดบรรจุจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน

1.2.1 ใช้ต้มในน้ำร้อนที่อุณหภูมิ 160 – 175° F หรือ 71 – 79° C ประมาณ 20 นาที ก่อนใช้งาน

1.2.2 เมื่อนำมาประคบบริเวณที่ต้องการรักษา โดยห่อด้วยผ้าขนหนูแห้ง สามารถรักษาความร้อนอยู่ได้นานไม่น้อยกว่า 20 – 30 นาที ที่อุณหภูมิห้อง

1.3 คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค -

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปีในวันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน

.....

/คณะกรรมการ...

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.สาคร คงมั่น ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ
(สาคร คงมั่น)

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ
(ปรีชา อนันตะ)

(ลงชื่อ) พ.ต.หญิงชัชวรี ชีรเนตร ประจำแผนก รพ.ร.6 / กรรมการ
(ชัชวรี ชีรเนตร)

.....5...../....พ.ย...../....44.....

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อำนวยให้ใช้ตาม
อนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/644 ลง 5 พ.ย.44