

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 471/49 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6510-XX-247-1523

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สายสวนปัสสาวะ ชนิดไม่มีลูกโป่ง  
( Plain Catheter )

หน่วยนับ เส้น

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้เป็นท่อสำหรับสวนปัสสาวะ

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นสายสวนที่ทำด้วย PVC ชนิดที่ใช้ทางการแพทย์ (Medical grade) หรือยาง หรือซิลิโคน

1.2.2 มีความยืดหยุ่น สะดวกต่อการสอดใส่และสามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่ภายใน

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นท่อแบบกลวง ปลายด้านคนไข้ปิดม่น อ่อนนุ่ม ส่วนปลายอีกด้านหนึ่งเป็นช่องเปิด

1.3.2 ปลายด้านคนไข้มีรูเปิดเรียบ ไม่น้อยกว่า 2 รู จากปลายสาย

1.3.3 ทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว สามารถใช้ได้ทันที

1.3.4 ขนาดหรือเบอร์ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อกและทดลองการใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.

พ.อ.....ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

( ประสงค์ ล้อมทอง )

พ.อ.....ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

( ปรีชา อนันตะ )

พ.ท.หญิง.....หน.หอผู้ป่วย รพ.ร.๖/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

( สมหมาย สัมมาจันทร์ )

9 ม.ค. 2549

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้  
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.  
ที่ กท 0446.13/18..... ลง 11 พ.ค. 49