

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดปรับอัตราการไหลของอากาศ (Air Wall Flowmeter)

หน่วยนับ

เครื่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 ลักษณะทั่วไป

1.1.1 เป็นเครื่องให้อากาศแก่ผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ

1.1.2 ปรับการไหลของอากาศให้เหมาะสมกับผู้ป่วย

1.2 ลักษณะเฉพาะ

1.2.1 เครื่องปรับและควบคุมการไหลของอากาศ (Air Wall Flowmeter)

1.2.2 สามารถปรับอัตราการไหลของอากาศได้ 0-15 ลิตร/นาที

1.2.3 มีหน้าปัทม์พลาสติกสีขาวใสที่มีตัวเลขกำกับที่ 1, 2, 3, 4, 5, 10 และ 15 ด้วยตัวเลข และขีดขนาดใหญ่มองเห็นได้ชัดเจน

1.2.4 ภายในหน้าปัทม์บรรจุลูกกลิ้งที่ใช้สำหรับเป็นตัวขับเคลื่อนปริมาตรที่ปรับได้

1.2.5 ด้านหลังของหน้าปัทม์และหลอดพลาสติกจะหุ้มด้วยเหล็กชุบโครเมียม ป้องกันหน้าปัทม์และหลอดพลาสติกแตกในกรณีกระแทกของแข็ง

1.2.6 มีที่ปรับปริมาตรอยู่ส่วนล่างของตัว Flowmeter

1.2.7 ด้านหลังจะมีหัวเสียบเข้าเข้ากับเลขของโรงพยาบาลได้

1.2.8 ด้านล่างจะมีข้อต่อสำหรับต่อกับชุดวัดทำความชื้นได้

2. การบรรจุหีบห่อ บรรจุในหีบห่อที่มั่นคง, แข็งแรง

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ, รูปแบบแค็ตตาล็อกและทดลองใช้งาน

Mr. N. N. N.

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้เป็นฉบับที่ คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

อนันต์ ผบ.ทบ. ทำฉบับนี้ที่ กบ.ทบ. พ.ศ. 62.

ประธานกรรมการ

ที่กท.0404/ 7487 ลง 19.10.33

พ.อ. อ. น. น. น.

กรรมการ

(ลงชื่อ) _____

Mr. N. N. N.

กรรมการ

(ตำแหน่ง) _____

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

พ.อ. อ. น. น. น.

ประธานกรรมการ

พ.อ. อ. น. น. น.

กรรมการ

พ.อ. อ. น. น. น.

กรรมการ