

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 269/51 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6510-XX-247-2532

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ผ้าก๊อสมแบบ Y Gauze พับสำเร็จรูป (Sterile Tracheostomy Gauze Pad)

หน่วยนับ แผ่น/ซอง

## 1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน เป็นผ้าก๊อสมแบบ Y gauze พับสำเร็จรูปใช้ปิดแผลเจาะคอหรือแผล drain

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 ผลิตจากผ้าโปร่งทอจากด้ายฝ้าย ไม่มีปม ไม่มีรอยต่อ สีขาวปราศจากสารเรืองแสง

1.2.2 สามารถดูดซับน้ำหรือของเหลวได้ดี

1.2.3 เมื่อพับแล้วมีความหนาไม่น้อยกว่า 4 ชั้น ไม่ปรากฏริ้วผ้าหรือเส้นด้ายหลุดลุ่ย

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ เป็นชุดที่ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

1.3.1 เป็นผ้าก๊อสมแบบพับทบกันเป็นชั้นๆลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดกว้างxยาว จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.3.2 ตัดเป็นรูปตัว Y ตรงกลาง

1.3.3 บรรจุในซองปราศจากเชื้อพร้อมใช้งาน

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งของ

3.2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีหนังสือรับรองคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้งานได้มาตรฐานสากลจากสถาบันตรวจสอบที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล

3.3 บรรจุภัณฑ์ที่มีข้อความที่ทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว

3.4 เป็นผลิตภัณฑ์จากผ้าก๊อสที่ได้รับรองมาตรฐาน มอก.251-2545

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบเก็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.จิตติภูมิ เอื้ออำนวย  
( จิตติภูมิ เอื้ออำนวย )

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.พิสุทธิ บุตรงามดี  
( พิสุทธิ บุตรงามดี )

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง อรสา สุขดี  
( อรสา สุขดี )

หน.หอผู้ป่วย รพ.อ.ป.ร.ชรก.รพ.ร.6

ปฏิบัติราชการ หน.แผนกเวชบริรักษ์กกลาง

รพ.ร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้  
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.  
ที่ กท 0446.13/377 ลง 14 พ.ค.51