

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 239/52 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-2754

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ถุงมือยางสังเคราะห์ชนิดปลอดเชื้อแบบไม่มีแป้ง
(Powder Free Synthetic Surgical Gloves, Sterile)

หน่วยนับ คู่ / กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้สำหรับงานศัลยกรรมหรืองานเคมีบำบัดหรือหัตถการอื่นๆ เหมาะ
สำหรับบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ป่วยที่แพ้ยางดิบธรรมชาติ

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 ผลิตจากสาร Neoprene หรือสารสังเคราะห์อื่นๆ ที่มีคุณสมบัติคล้ายยาง มีความเหนียวและทนทาน
ต่อการฉีกขาด สวมใส่ได้ง่ายทั้งขณะเปียกและขณะแห้ง

1.2.2 ผ่านการตรวจสอบการรั่วซึมน้ำ มีระดับคุณภาพที่ยอมรับได้ (Acceptable Quality Level : AQL)
ไม่เกิน 1

1.2.3 ทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นถุงมือยางสังเคราะห์ชนิดปลอดเชื้อ แบบไม่มีแป้ง

1.3.2 มีขนาดตามมาตรฐานสากล สวมใส่ได้กระชับมือ ไม่บีบรัดนิ้วมือ

1.3.3 มีเลขระบุขนาดที่ข้อมือทั้งสองข้างอย่างชัดเจน

1.3.4 มีตัวหนังสือระบุข้างซ้ายและขวาที่ช่องชั้นในหรือช่องชั้นนอก

1.3.5 มีหลายขนาดให้เลือกตามความเหมาะสมในการใช้งาน

1.3.6 บรรจุ 1 คู่ต่อ 1 ซอง

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับตั้งแต่วันส่งของ

3.2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองคุณภาพมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวง
สาธารณสุข

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแก้ตาฉีก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ชัชวาล บุรณรัช
(ชัชวาล บุรณรัช)

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.พิสุทธิ บุตรงามดี
(พิสุทธิ บุตรงามดี)

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง อรสา สุขดี
(อรสา สุขดี)

ผบ.หน่วย รพ.ร.ร.6 ปฏิบัติราชการ หน.แผนกเวช
บริรักษ์กกลาง รพ.ร.ร.6 /กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

1 ก.ค.2552

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0404.13/514 ลง 2 ก.ค.52