

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ที่ 038/55

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-0855

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดปรับระดับได้ด้วยระบบไฮดรอลิก และสามารถเอกซเรย์ผ่านได้
(Hydraulic Stretcher and Full-Length X-Ray)

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในห้องผ่าตัด ห้องฉุกเฉิน หรือหอผู้ป่วย และสามารถเอกซเรย์ผ่านได้

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 โครงสร้างของเตียงทำจากโลหะพ่นสีกันสนิมหรือโลหะปลอดสนิม

1.2.2 พื้นเตียงแบ่งออกเป็น 2 ส่วน หรือมากกว่า ทำจากวัสดุที่รังสีเอกซเรย์ผ่านได้ โดยสามารถถ่ายเอกซเรย์ได้ตามตำแหน่งที่ต้องการตลอดความยาวของพื้นเตียง

1.2.3 ตัวเตียงทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก ควบคุมโดยใช้เท้าเหยียบ สามารถปรับระดับและท่าต่างๆ ของเตียงได้ดังนี้

1.2.3.1 ปรับระดับความสูงของเตียงขึ้นสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร และลดต่ำสุดได้ถึง 60 เซนติเมตร จากพื้นหรือต่ำกว่า

1.2.3.2 ปรับส่วนรองศีรษะและแผ่นหลังขึ้นสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 85 องศา โดยใช้ระบบแก๊สสปริง

1.2.4 ที่รองนอนทำจากวัสดุอย่างดี ไม่ยุบตัวง่าย ด้านนอกหุ้มด้วยวัสดุที่ป้องกันไม่ให้น้ำซึมผ่าน และทนต่อสารเคมี สามารถเช็ดทำความสะอาดได้ง่าย

1.2.5 สามารถรองรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 180 กิโลกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 70 เซนติเมตร และความยาวไม่น้อยกว่า 200 เซนติเมตร มีล้อใหญ่อย่างน้อย 4 ล้อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร และมีที่ล็อกล้อเพื่อไม่ให้เลื่อนไปมาได้

1.3.2 มีล้อเล็ก เพื่อช่วยบังคับทิศทางในการเคลื่อนย้ายได้สะดวกขึ้น

1.3.3 มีแป้นเหยียบสำหรับปรับระดับและท่าต่างๆ ของเตียง อยู่ด้านข้างทั้ง 2 ด้านของเตียง

1.3.4 มีราวกันเตียงทั้ง 2 ด้านสามารถพับเก็บได้ ทำจากโลหะปลอดสนิมหรือวัสดุอื่นที่ดีกว่า

1.3.5 มีมือจับขึ้นสามารถพับเก็บหรือปรับสูงต่ำได้ ทำจากวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทาน

1.3.6 มีที่เสียบเสาน้ำเกลืออย่างน้อย 4 จุด รอบเตียง พร้อมเสาแขวนน้ำเกลือจำนวนอย่างน้อย 2 ต้น

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องเป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน

3.2 มีหนังสือคู่มือการใช้งานและซ่อมบำรุงเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 2 ชุด (ตัวจริง 1 ชุด)

3.3 มีเครื่องหมายถาวรหรือสติ๊กเกอร์ แสดงชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทที่เตียง สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน


3.4 ต้องได้รับการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้งานตามมาตรฐานสากล


4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน


/คณะกรรมการ...

ว.อ. 

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ พบ.


พ.อ..........ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ
(ทักสิน เจียมทอง)


พ.อ..........ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ
(พิสุทธิ์ บุตรงามดี)


พ.อ.หญิง..........รอง ผอ.กกว.รพ.ร.6
(ขวัญใจ ชนกিজารุ) /กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

22 ส.ค. 2555

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ ทบ.

พล.ต..........ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ
(สติติย์ เรืองดิตรัตน์)

พ.อ..........ผอ.กกบ.พบ./กรรมการ
(ณรงค์ น้อยนารถ)

พ.อ..........รอง ผอ.กอง กบ.ทบ./กรรมการ
(อาร์ชวีส ไตรเดช)

28 ส.ค. 2555

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ ผบ.ทบ.ทำขึ้นที่กอง กบ.ทบ.
ที่ต่อ กท 0404/ 12127 ลง 11 ก.ย. 55