

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 124/61 (พบ.)

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 6515 - M - 61 - S - 0025

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ใบมีดตัดกะโหลกศีรษะสำหรับผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะ

หน่วยนับ ชิ้น

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้สำหรับการผ่าตัดในงานศัลยกรรมประสาท เช่น การผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะ ตัด และกรอแต่งกระดูกฐานกะโหลกศีรษะหรือกระดูกสันหลัง

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ทำมาจาก Stainless Steel หรือวัสดุอื่นที่ดีกว่า

1.2.2 เป็นใบมีดตัดแบบ Tapered มีความยาวไม่น้อยกว่า 8 เซนติเมตร มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1.1 มิลลิเมตร

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นใบมีดตัดกะโหลกศีรษะสำหรับผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะ โดยต่อเข้าชุดด้ามจับซึ่งเป็นมอเตอร์ไฟฟ้า สามารถใช้ร่วมกับเครื่องกรอความถี่สูงสำหรับกระดูกสันหลังและกะโหลกศีรษะที่หน่วยมีใช้อยู่

1.3.2 บรรจุในกล่อง หรือซอง ปราศจากเชื้อ พร้อมเปิดใช้งานได้ทันที

2. การบรรจุและหีบห่อ ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องเป็นของใหม่และไม่เคยใช้งานมาก่อน

3.2 ความยาว และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของใบมีดตัดกะโหลกศีรษะสำหรับผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะ จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

3.3 ต้องได้รับการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้งานตามมาตรฐานสากล

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ และรูปแบบแค็ตตาล็อก

/คณะกรรมการ...

23 ม.ค. 2561

น.อ. 

ชื่อสิ่งอุปกรณ์

ใบมีดตัดกะโหลกศีรษะสำหรับผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะ

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ พบ.

พ.อ.....ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ

(บุญชทร ทิพย์วงศ์)

พ.อ.หญิง.....ผอ.กอง พบ./กรรมการ

(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)

พ.ต.หญิง.....พยาบาล รพ.ร.6/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ดวงพร สุตสุนทร)

23 มี.ค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ ทบ.

พล.ต.....ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ

(ทักษิณ เจริญทอง)

พ.อ.....ผอ.กอง พบ./กรรมการ

(ปกิจจ์ แสงสว่าง)

พ.อ.....นปก.ประจำ กบ.ทบ./กรรมการ

(ปราโมทย์ จันทนิพ)

1 ก.พ. 2561

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวค.พบ.
ที่ กท 0446.13/...179... ลง 5 ก.พ. 61