

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 209/56 (พบ.)
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6550-XX-256-3892
ชื่อสิ่งอุปกรณ์ น้ำยาตรวจวัดปริมาณไทรอยด์ ชนิดโททอล ที่ สาม
(Total T3, Triiodothyronine Reagent)
หน่วยนับ กล่อง, ชุด

- 1. คุณลักษณะเฉพาะ
 - 1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้สำหรับตรวจวิเคราะห์ปริมาณ Total T3 ในซีรัมหรือพลาสมา
 - 1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค ใช้เทคนิค Competitive Immunoassay หรือ Microparticle Enzyme Immunoassay หรือเทคนิคอื่นที่เทียบเท่าหรือดีกว่า
 - 1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ เป็นน้ำยาสำเร็จรูป สามารถใช้กับเครื่องตรวจแบบอัตโนมัติที่หน่วยงานมีอยู่ได้
- 2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- 3. ข้อกำหนดอื่นๆ
 - 3.1 จำนวน และขนาดบรรจุจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง
 - 3.2 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ส่งของ
 - 3.3 มีเอกสารกำกับระบุข้อบ่งใช้ รายละเอียดส่วนประกอบของน้ำยา วิธีการเก็บรักษา และข้อกำหนดอื่นๆ
- 4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

พ.อ.....ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ
(ทักษิณ เจียมทอง)
พ.อ.....ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ
(พิสุทธิ บุตรงามดี)
พ.อ.....รอง ผอ.กอง รพ.อ.ป.ร.
(เอนกพงศ์ พูลเพิ่ม) /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

1 ก.ค. 2556

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ
ที่ กท 0446.13/..... ลง 1 ก.ค. 56