

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 103/47 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6810-XX-253-5305

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ครีมหือเจลสำหรับติดอิเล็กโทรด (Electrode Paste / Gel)

หน่วยนับ หลอด/กระปุก

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้เป็นสื่อกลางเพื่อนำกระแสไฟฟ้าในการตรวจเส้นประสาทด้วยไฟฟ้า

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค เป็นครีมที่ใช้ลดความต้านทานและยึดเกาะระหว่างผิวหนังกับขั้วอิเล็กโทรดผิวหนัง

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 มีลักษณะเป็นครีม หรือเจล ซึ่งจะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.3.2 สามารถล้างทำความสะอาดได้ด้วยน้ำอุ่น

1.3.3 บรรจุในหลอดหรือกระปุก มีฝาเปิด/ปิด ขนาดบรรจุจะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่น

3.1 มีฉลากบอกยี่ห้อและรายละเอียด วัน เดือน ปีที่หมดอายุ

3.2 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ)พ.อ. ศาคร คงมั่น

(ศาคร คงมั่น)

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)พ.อ. ปรีชา อนันตะ

(ปรีชา อนันตะ)

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ลงชื่อ)พ.อ. อารมย์ ขุนภาณี

(อารมย์ ขุนภาณี)

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู กวฟ.รพ.ร.6 /

กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

...2...../.....ก.พ...../...47.....

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ด่วนมาก ที่ กท 0446.13/60 ลง 2 ก.พ.47