

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ -

ชื่อสิ่งอุปกรณ์

กระโจมออกซิเจนสำหรับเด็กเล็กพร้อมอุปกรณ์

หน่วยนับ

เครื่อง

อนุมัติ ผ.บ.ท. ท้ายบันทึก กบ.ทป.

ทกท.0404/ 9215

ลง 20 ส.ค. 34

(ลงชื่อ)

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 ลักษณะทั่วไป

1.1.1 เป็นเครื่องสำหรับให้ออกซิเจนและความชื้นในเด็กเล็ก

1.1.2 สามารถควบคุมอุณหภูมิในกระโจมให้ต่ำกว่าอุณหภูมิภายนอกได้

1.1.3 กระโจมทำด้วยวัสดุโปร่งใสมองเห็นคนไข้ภายในกระโจมได้

1.2 ลักษณะเฉพาะ

1.2.1 โครงสร้างของกระโจมทำด้วย Anodized Aluminum แท้งค์ทำด้วย ABS PLASTIC
ท่อกำด้วยทองเหลืองชุบ

1.2.2 ตัวกระโจมทำด้วยวัสดุใส มองเห็นคนไข้ภายในได้ มีซิปปิด-เปิดได้ 4 จุด

1.2.3 ระบบควบคุมการทำงานเป็นแบบ Damper Valve ซึ่งสามารถควบคุมปริมาณน้ำ เพื่อ
ให้ความชื้นได้ตั้งแต่ 0.8-1.3 ลิตร/นาที่

1.2.4 การทำงานใช้แรงขับออกซิเจนหรืออากาศที่ 8-10 ลิตร/นาที่ ในกรณีที่ให้ออกซิเจน
จะทำให้ได้ความชื้นของออกซิเจน 45-55%

1.2.5 มีเครื่องทำละอองน้ำพร้อมขวดน้ำ และช่องใส่น้ำแข็ง เพื่อเพิ่มความชื้นและลดอุณหภูมิ
โดยมีท่อ และ Atomizer

1.2.6 การลดอุณหภูมิภายในกระโจม เมื่อใช้น้ำแข็งใสในช่องน้ำแข็งสามารถจะลดอุณหภูมิได้
ต่ำกว่าอุณหภูมิภายนอกกระโจม 7-10°F

1.2.7 ตัวเครื่องและอุปกรณ์สามารถทำความสะอาด หรือฆ่าเชื้อได้โดยวิธี Gas Sterilized

2. การบรรจุหีบห่อ บรรจุในตู้หีบห่อที่มั่นคงแข็งแรง

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ คู่มือการใช้การปรนนิบัติบำรุง การซ่อมบำรุง 3 ชุด

4. วิธีตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ แบบรูปแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.

พ.บ. ๕๕

.ประธานกรรมการ

พ.บ. ๕๕

.กรรมการ

พ.บ. ๕๕

.กรรมการ

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อบรมใช้ตาม

อนุมัติ ผ.บ.ท. ท้ายบันทึก กบ.ทป.

ทกท. 0404/9215 ลง 20 ส.ค. 34

พ.บ. ๕๕

(จักรกริช ธรรม)

(ตำแหน่ง) พ.บ. ผ.บ.ท.ท.พ.

คณะกรรมการควบคุมการนำเข้าและส่งออก ส.ป. สาย พ. ของ ทบ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ