

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ที่ 201/49(พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-1253

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ระบบออกคำ Hari ให้อาหารเหลว (Feeding Syringe)

หน่วยนับ อัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้ในการให้อาหารเหลวทางสายยางแก่ผู้ป่วย

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 ตัวระบบออกทำจากแก้วใสหรือพลาสติกสามารถความร้อนสูงไม่น้อยกว่า 200 °C มีจีดและตัวเลข
บอกจำนวนซีซี

1.2.2 ก้านสูบสามารถกับตัวระบบออกได้พอดีและสามารถเปลี่ยนกันได้ (Interchangable) บริเวณ
ปลายก้านสูบมีແບນສีเพื่อให้สัมเกตได่ง่าย

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 สามารถนำมาทำให้ปราศจากเชื้อได้

1.3.2 มีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 50 ซีซี และรูปแบบจะระบุในการขัดหาเต็ลครั้ง

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุในหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี ในวันที่ส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาลอก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ประسنก์ ล้อมทอง
(ประسنก์ ล้อมทอง)

พอ.กาก.พบ./ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ
(ปรีชา อนันตะ)

พอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง สมหมาย สัมมาชนธ์
(สมหมาย สัมมาชนธ์)

หน.หอผู้ป่วย รพ.รร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

18 ต.ค.2548

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กาก.พบ.
ที่ กท 0446.13/959 ลง 20 ต.ค.48