

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 100/47 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-253-5302

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ แม่เหล็กแปะหู (Acupuncture Magnetic Seed)

หน่วยนับ เม็ด/กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้สำหรับติดที่จุดฝังเข็มบนใบหู

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค มีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็ก

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นเม็ดทรงกลม/แบน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 มม. ด้านหนึ่งติดแผ่นพลาสติก

1.3.2 เป็นชนิดใช้ครั้งเดียว

1.3.3 ขนาดบรรจุต่อกล่องจะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง

2. **การบรรจุและหีบห่อ** บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. **ข้อกำหนดอื่น** มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันส่งของ

4. **วิธีการตรวจสอบ** ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบเกตตาลอก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ)พ.อ. ศาคร คงมั่น

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ศาคร คงมั่น)

(ลงชื่อ)พ.อ. ปรีชา อนันตะ

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ปรีชา อนันตะ)

(ลงชื่อ)พ.อ. อารมย์ ขุนภาณี

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู กวฟ.รพ.ร.6 /

(อารมย์ ขุนภาณี)

กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

...2...../.....ก.พ...../...47.....

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อ่อนมิติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ด่วนมาก ที่ กท 0446.13/60 ลง 2 ก.พ.47