

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 222/49(พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-1274

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ไม้สำหรับเก็บตัวอย่างเชื้อและตรวจภายใน
(Papsmear wood)

หน่วยนับ อัน/ห่อ

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้สำหรับเก็บตัวอย่างเชื้อและตรวจภายในทางสูตินรีเวช

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 ผลิตจากไม้คุณภาพดี มีความเหนียว ไม่เปราะแตกหักง่าย

1.2.2 ตัดและฝนขอบลบเหลี่ยมมุมให้เรียบ ปราศจากเสี้ยนไม้

1.2.3 ผ่านการอบแห้ง ปราศจากเชื้อรา

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นไม้ลักษณะแบนยาว ปลายทั้งสองด้าน โค้งออกเป็นรูปเฉพาะเพื่อการใช้งาน

1.3.2 ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 178 มม. และหนาไม่น้อยกว่า 1.7 มม.

1.3.3 มีให้เลือก 2 ชนิด ได้แก่

1.3.3.1 ชนิด Non-sterile

1.3.3.2 ชนิด Steriled (ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว)

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่ส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบเกตตาลอก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ประสงค์ ล้อมทอง

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ประสงค์ ล้อมทอง)

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ปรีชา อนันตะ)

(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง สมหมาย สัมมาจันทร์

หน.หอผู้ป่วย รพ.ร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

(สมหมาย สัมมาจันทร์)

18 ต.ค.2548

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อ่อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/959 ลง 20 ต.ค.48