

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ที่ 563/48 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6525-XX-247-1208

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ วัสดุตรวจการกัดสบฟัน (Occlusal Registration Material)

หน่วยนับ กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้เป็นวัสดุสำหรับตรวจการกัดสบฟัน

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 ประกอบด้วย base และ catalyst เมื่อผสมกันสามารถแข็งตัวได้ด้วยปฏิกิริยาเคมี

1.2.2 เมื่อวัสดุแข็งตัว จะคงรูปร่างดั้งเดิมไม่ยืดหยุ่น

1.2.3 ปฏิกิริยาการแข็งตัวใช้เวลาไม่เกิน 2 นาที

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 มีลักษณะเป็นครีมบรรจุในหลอดแยกส่วนกัน

1.3.2 ขนาดบรรจุจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี ในวันส่งของ

3.2 มีเอกสารแสดงรายละเอียดและวิธีการใช้งาน

3.3 มีสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายแสดงชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อที่อยู่ และวันผลิตของบริษัทผู้ผลิตอย่างชัดเจน

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ประสงค์ ล้อมทอง
(ประสงค์ ล้อมทอง)

ผอ.กวก.พบ. / ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ
(ปรีชา อนันตะ)

ผอ.กทพ.พบ./ กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง ภัตตรา ลาวัณย์ทักษิณ
(ภัตตรา ลาวัณย์ทักษิณ)

หน.คลัง สป.กทต.รพ.ร.6/ กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/932 ลง 10 ต.ค.48

6 ต.ค.2548