

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ที่ 217/56 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6550-XX-256-3900

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ น้ำยาตรวจหาปริมาณไมโครอัลบูมิน

( Microalbumin Reagent )

หน่วยนับ กล่อง, ชุด

### 1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้ตรวจวิเคราะห์หาปริมาณ Microalbumin ในปัสสาวะ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค ใช้เทคนิค Immunoturbidimetric Method หรือวิธีอื่นที่ดีกว่า

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ เป็นน้ำยาสำเร็จรูป ใช้กับเครื่องตรวจอัตโนมัติที่หน่วยงานมีอยู่ได้

### 2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

### 3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 จำนวน และขนาดบรรจุของน้ำยาจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

3.2 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ส่งของ

3.3 มีเอกสารกำกับระบุข้อบ่งใช้ รายละเอียดส่วนประกอบของน้ำยา วิธีการเก็บรักษา และข้อกำหนดอื่นๆ

### 4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ และรูปแบบเค็ตตาล์อก

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

พ.อ..... ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

( ทักษิณ เจียมทอง )

พ.อ..... ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

( พิสุทธิ์ บุตรงามดี )

พ.อ..... รอง ผอ.กอง รพ.อ.ป.ร.

( เอนกพงศ์ พูลเพิม ) /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

๕ ก.ค 2556

คุณลักษณะเฉพาะที่ใช้เป็นเบื้องต้นในการใช้งาน
หมายเหตุ ชก.พบ.ที่ออกหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กก 0446.13/ 492 ลง 8 ก.ค. 56