

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ที่ 312/55(พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6520-XX-248-3713

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เครื่องมือแซะรากฟัน
(Luxation Elevator)

หน่วยนับ อัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้สำหรับแซะรากฟันให้ขยับตัวแยกออกจากเบ้ากระดูกหุ้มรากฟัน เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการถอนฟัน

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ทำจากโลหะ Stainless หรือโลหะปลอดสนิมชนิดอื่นที่เทียบเท่าหรือดีกว่า

1.2.2 สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธี Autoclave ได้

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 ลักษณะของเครื่องมือมีส่วนด้ามจับ (Handle) ต่อกับส่วนแกนเครื่องมือ (Shank) เป็นแนวตรงจนถึงส่วนปลาย (Working End) ที่ใช้สำหรับแซะรากฟัน

1.3.2 ส่วนด้ามจับ มีลักษณะแบน หรือกลมเหลี่ยม หรือมีลายบนพื้นผิวเพื่อให้จับกระชับมือ

1.3.3 ส่วนปลาย มีลักษณะคล้ายกาบกล้วย ตรงปลายสุดมีลักษณะคล้ายลิ้ม (Wedge) มีทั้งแบบตรง (Straight) แบบโค้ง (Curved) และมีความกว้างหลายขนาดให้เลือกใช้งาน

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 แบบและขนาดความกว้างของส่วนปลายเครื่องมือ จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง


3.2 ต้องเป็นของใหม่และไม่เคยใช้งานมาก่อน


3.3 มีเครื่องหมายถาวรของผลิตภัณฑ์ติดกับเครื่องมือ สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน


3.4 ต้องได้รับการรับรองคุณภาพ และความปลอดภัยในการใช้งานตามมาตรฐานสากล

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

พ.อ..........ผอ.กก.พบ./ประธานกรรมการ
(ทักษิณ เจียมทอง)

พ.อ..........ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ
(พิสุทธิ์ บุตรงามดี)

พ.ต.หญิง..........หน.ชุด พบ./กรรมการร่วมจากหน่วยใช้
(กันติญารักษ์ วรเทพพิพงษ์)

14 ก.ย 2555

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กก.พบ.
ที่ กท 0446.13/..... ลง 14 ก.ย. 55