

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 188/60 (พบ.)

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 6520 - M - 60 - S - 0139

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ด้ายแยกเหงือกชนิดไม่มีน้ำยาห้ามเลือด
(Retraction Cord without Haemostatic Agent)

หน่วยนับ หลอด, ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้สำหรับแยกเหงือก เพื่อพิมพ์ปากสำหรับงานทันตกรรม

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- 1.2.1 ผลิตจาก Cotton 100% ไม่หลุดลุ่ยง่าย หรือวัสดุอื่นที่เทียบเท่า หรือดีกว่า
- 1.2.2 ตัวด้ายไม่ผ่านขบวนการชุบอบแห้งด้วยน้ำยาห้ามเลือด
- 1.2.3 มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของด้ายให้เลือกใช้งานอย่างน้อย 4 ขนาด คือ 00, 0, 1 และ 2
- 1.2.4 มีความยืดหยุ่นดี (Flexible)
- 1.2.5 สามารถดูดซับของเหลวได้ดี

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- 1.3.1 ลักษณะเป็นเกลียวด้าย บรรจุอยู่ในหลอด มีฝาเปิด-ปิดได้สะดวก
- 1.3.2 มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง


2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต


3. ข้อกำหนดอื่นๆ


- 3.1 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันส่งของ
- 3.2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากลหรือมีเอกสารอนุญาตให้จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ และรูปแบบแค็ตตาล็อก

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

พ.อ..........ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ
(ไพรัช มีลาภ)

พ.อ.หญิง..........ผอ.กอง พบ./กรรมการ
(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)

พ.อ..........ทันตแพทย์ รพ.ร.ร.6/
(ปรัชกร วีระประวัตติ) กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

24 ก.ค. 2560

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อ่อนุมัติให้ใช้
ตามอนุวัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.ทท.
ที่ กท 0446.13/ 897 ลง 25 ก.ค. 60