

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 752/49 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-1804

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ตัวหนีบทำให้หลอดเลือดตีบในท่อทางเดินอาหาร (Hemostatic Clip)

หน่วยนับ เส้น

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้สำหรับเป็นตัวหนีบทำให้หลอดเลือดตีบในท่อทางเดินอาหาร โดยใช้ร่วมกับกล้องส่องตรวจ

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 ตัวหนีบทำให้หลอดเลือดตีบในท่อทางเดินอาหาร ทำมาจากโลหะพิเศษ

1.2.2 ตัวหนีบ ประกอบด้วย 2 ขา เมื่อกางแล้วมีความกว้างมากกว่า 10 มิลลิเมตร ขึ้นไป ทึบแสง เป็นยาง อ่อนนุ่ม

1.2.3 สายอุปกรณ์สามารถใช้ร่วมกับกล้องส่องตรวจที่มีขนาดช่องใส่อุปกรณ์ (working channel) 2.8 มิลลิเมตร ได้

1.2.4 ตัวหนีบเมื่อเปิดกางแล้ว สามารถปิดกลับได้หากยังไม่ถูกปล่อย (deploy)

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 ตัวหนีบทำให้หลอดเลือดตีบในท่อทางเดินอาหาร เป็นตัวหนีบที่มีลักษณะเป็นปากคิ๊บ 2 ขา

1.3.2 สายอุปกรณ์ขนาด , ความยาวและจำนวน จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.3.3 บรรจุห่อละ 1 เส้น

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี ในวันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะตามรูปแบบแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ประสงค์ ล้อมทอง
(ประสงค์ ล้อมทอง)

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ
(ปรีชา อนันตะ)

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.วานิช ปิยนันตร์
(วานิช ปิยนันตร์)

อายุรแพทย์ ร.ร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้