

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 084/48

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-0286

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดเครื่องมือผ่าตัดหลอดเลือดขนาดเล็ก
(Microvascular Set)

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน เป็นชุดเครื่องมือที่ใช้ในการผ่าตัดหลอดเลือดขนาดเล็ก

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค ใน 1 ชุด ประกอบด้วยเครื่องมือชนิดต่างๆ ดังนี้

- | | |
|--|---------------|
| 1.2.1 Micro needle holder , spring type with ratchet , ยาว 15 ซม. ,curve jaw ,ด้ามกลม | จำนวน 1 ชิ้น |
| 1.2.2 Applying forceps with ratchet , ยาว 14-15 ซม. | จำนวน 1 ชิ้น |
| 1.2.3 Micro scissors , spring type , ยาว 12.5 ซม. , ปลายตรง | จำนวน 1 ชิ้น |
| 1.2.4 Micro scissors , spring type ยาว 15 ซม. , ปลายโค้ง | จำนวน 1 ชิ้น |
| 1.2.5 Micro scissors , spring type ยาว 18 ซม. , ปลายทำมุม 45 องศา | จำนวน 1 ชิ้น |
| 1.2.6 Adson-Micro forceps , ยาว 12 ซม. , ปลายตรง | จำนวน 1 ชิ้น |
| 1.2.7 Jeweller forceps , ยาว 11 ซม. , ปลายตรง | จำนวน 1 ชิ้น |
| 1.2.8 Jeweller forceps , ยาว 11-12 ซม. , ปลายเฉียง | จำนวน 1 ชิ้น |
| 1.2.9 Jeweller forceps , ยาว 11 ซม. , ปลายทำมุม 45 องศา | จำนวน 1 ชิ้น |
| 1.2.10 Jacobson scissors , spring type , ยาว 18-19 ซม. , ปลายโค้ง | จำนวน 1 ชิ้น |
| 1.2.11 Microvascular clamps ขนาด 0.6-1.5 ซม. | จำนวน 1 ชิ้น |
| 1.2.12 Sterilizing case ขนาดไม่น้อยกว่า 260x150x20 มม. ทำด้วยโลหะปลอดสนิม
หรือวัสดุสังเคราะห์ | จำนวน 1 กล่อง |

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

- 1.3.1 เป็นชุดเครื่องมือ จำนวน 11 ชนิด ประกอบการใช้งานร่วมกันและกล่องใส่เครื่องมือสำหรับการนั่ง
ฆ่าเชื้อ จำนวน 1 กล่อง
- 1.3.2 รายการที่ 1.2.1 ถึง 1.2.11 ทำด้วยโลหะปลอดสนิม (Stainless steel)
- 1.3.3 ทุกรายการสามารถนำไปนั่งฆ่าเชื้อโรคได้ (Autoclavable)

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

/3. ข้อกำหนด...

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- 3.1 ต้องเป็นของใหม่จากโรงงานที่ผลิตและไม่เคยใช้งานมาก่อน
- 3.2 ต้องได้รับการรับรองคุณภาพในด้านการผลิตและความปลอดภัยในการใช้งานจากสถาบันตรวจสอบที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานสากล
- 3.3 มีหนังสือคู่มือการใช้งานและการป้อนนิตินำรุกรรักษาเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษอย่างละ 2 ชุด
(ตัวจริง 1 ชุด)
- 3.4 มีเครื่องหมายถาวรของบริษัทแสดงชื่อที่อยู่และโทรศัพท์ (สติ๊กเกอร์) ติดที่บรรจุภัณฑ์สามารถมองเห็นได้
ชัดเจน

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ประสงค์ ล้อมทอง (ประสงค์ ล้อมทอง)	ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ (ปรีชา อนันตะ)	ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ
(ลงชื่อ) พ.ต.บุญทิพย์ ศิรินนท์ (บุญทิพย์ ศิรินนท์)	นายทหารพยาบาล กศก.รพ.อ.ป.ร./ กรรมการร่วมจากหน่วยใช้
4 ต.ค.2548	

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ ทบ.

(ลงชื่อ) พล.ต.พร้อมพงษ์ พิระบูล (พร้อมพงษ์ พิระบูล)	ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ) พ.อ.ธนา สุราภิรักษ์ (ธนา สุราภิรักษ์)	ผอ.กทบ.พบ./กรรมการ
(ลงชื่อ) พ.อ.ภัทราวุฒิ ชุณหะวัณ (ภัทราวุฒิ ชุณหะวัณ)	รอง ผอ.กอร.ทบ.พบ./กรรมการ

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อ่อนมิติให้ใช้
ตามอนุมัติ ผบ.ทบ.ท้ายบันทึกฯ กบ.ทบ.
ที่ต่อ กท 0404/16833 ลง 7 พ.ย.48

28 ต.ค.2548