

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ที่ 375/54 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-3377

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นแบบดิจิตอล
(Digital Thermo Hygrometer)

หน่วยนับ เครื่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้สำหรับวัดอุณหภูมิและความชื้นในบรรยากาศ ชนิดใช้ทั่วไป

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 มีการบันทึกค่าต่ำสุดของอุณหภูมิ และความชื้นได้อย่างต่อเนื่อง

1.2.2 สามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้

1.2.3 สามารถวัดและอ่านค่าความชื้นของบรรยากาศได้ในช่วง 10 - 100 % หรือกว้างกว่า

1.2.4 สามารถวัดและอ่านค่าอุณหภูมิของบรรยากาศในช่วง 0 - 60 องศาเซลเซียส หรือกว้างกว่า

1.2.5 มีความคลาดเคลื่อนในการวัดความชื้นไม่เกิน $\pm 5\%$ และอุณหภูมิไม่เกิน ± 1 องศาเซลเซียส

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ มีลักษณะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม ขนาดกะทัดรัด มีหน้าจอเป็น LCD และแสดงผลเป็นตัวเลข

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ -

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

พ.อ..... ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ทักษิณ เจียมทอง)

พ.อ..... ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(พิสุทธิ บุตรงามดี)

พ.ต.หญิง..... พยาบาล รพ.ร.ร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

(เยาวภา สุคนธรังษี)

7 มิ.ย 2554

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/ 523 ลง 24 มิ.ย. 54