

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ที่ 215/55(พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-3616

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดขวดน้ำให้ความชื้นระบบปิด ชนิดใช้ครั้งเดียว
(Disposable Humidifiers Closed System)

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน สำหรับใช้ร่วมกับการให้ออกซิเจนแบบมีความชื้นกับผู้ป่วยหลังผ่าตัด หรือผู้ป่วยทั่วไป

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ขวดน้ำให้ความชื้นเป็นระบบปิด (Closed System) เพื่อป้องกันการติดเชื้อ

1.2.2 มีระบบสัญญาณเตือน เมื่ออัตราการไหลของออกซิเจนเกิดขัดข้อง

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นขวดพลาสติก ภายในบรรจุน้ำสะอาด (Sterile Water) พร้อมหัวต่ออยู่ในชุดเดียวกัน

1.3.2 ขนาดบรรจุ จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

2. การบรรจุและหีบห่อ ทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว อยู่ในบรรจุภัณฑ์ปิดสนิทและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งของ


3.2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพ และความปลอดภัยในการใช้งานตามมาตรฐานสากล

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

พ.อ..........ผอ.กกก.พบ./ประธานกรรมการ
(ทักษิณ เจียมทอง)

พ.อ..........ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ
(พิสุทธิ บุตรงามดี)

พ.ต.หญิง..........พยาบาล รพ.ร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้
(ไพจิตต์ เพิ่มพูล)

11 เม.ย 2555

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กกก.พบ.
ที่ กก 0446.13/328 ลง 17 เม.ย. 55