

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 237/49(พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-1289

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เต้านมเทียม (Breast Prosthesis)

หน่วยนับ ข้าง

#### 1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้เพื่อเสริม เต้านมให้เกิดความสวยงามทางด้านศัลยกรรมตกแต่ง หรือใช้ใส่หลังตัดเต้านมออกในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค ทำมาจากซิลิโคนที่มีคุณสมบัติในการยืดหยุ่นและทนต่อการขีดไม่เกิดรอยพับหรือย่น

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 มีทั้งชนิดผิวเรียบและผิวหยาบจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.3.2 ภายในเต้านมมีทั้งชนิดเติมน้ำเกลือหรือแบบซิลิโคนเจลขนาดบรรจุระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.3.3 ทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ. ประสงค์ ล้อมทอง

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

( ประสงค์ ล้อมทอง )

(ลงชื่อ) พ.อ. ปรีชา อนันตะ

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

( ปรีชา อนันตะ )

(ลงชื่อ) พ.ต.หญิง วรรณวดี ลือสุทธิวิบูลย์

พยาบาล รพ.ร.ร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

( วรรณวดี ลือสุทธิวิบูลย์ )

18 ต.ค.2548

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้  
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.  
ที่ กท 0446.13/959 ลง 20 ต.ค.48