

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 118/52 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6520-XX-247-2633

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ โคนอุดรากฟันสำเร็จรูปทำจากยางไม้กัสดาเปอร์ชาที่ขยายด้วยเทคนิค Crown-Down
(Gutta Percha Point for Crown Down Technique)

หน่วยรับ กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1. คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้เป็นวัสดุอุดรากฟันถาวร สำหรับการรักษารากฟันที่ทำการขยายด้วยวิธีการ Crown -Down

1.2. คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1. มีส่วนประกอบของยาง ชิงค์ออกไซด์ แบเรียมซัลเฟต และฟีนีล

1.2.2. สามารถอ่อนตัวเมื่อได้รับความร้อนที่อุณหภูมิประมาณ 60 - 70 องศาเซลเซียส และสามารถแข็งตัวเป็นปกติเมื่ออุณหภูมิลดลง

1.2.3. สามารถใช้น้ำยา Sodium Hypochloride 1 - 5 % และ Alcohol 70% เช็ดทำความสะอาดฆ่าเชื้อได้โดยที่คุณสมบัติไม่เปลี่ยนแปลง

1.2.4. คุณสมบัติทึบแสงเมื่อดูจากภาพถ่ายเอกซเรย์

1.3. คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1. เป็นยางกัสดาเปอร์ชา (Gutta Percha) ปั้นเป็นแท่งรูปโคน มีขนาดความผายสอบ (Taper) ให้เลือกหลายขนาด ตั้งแต่เล็กถึงใหญ่ ได้แก่ เบอร์ 15 , 20 , 25, 30, 35, 40, 45 หรือมากกว่าขึ้นไป

1.3.2. การบรรจุมี 2 แบบ ได้แก่ เป็นแบบขนาดเดียวกันทั้งหมดใน 1 กล่อง (Standard) และ แบบกละขนาด (Assorted)

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ รูปแบบการบรรจุและขนาดของโคนจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบเก็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.จิตติภูมิ เอื้ออำนวย
(จิตติภูมิ เอื้ออำนวย)

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.พิสุทธิ์ บุตรงามดี
(พิสุทธิ์ บุตรงามดี)

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง อูสา สัจจาปละ
(อูสา สัจจาปละ)

หน.พบ./ กรรมการร่วมจากหน่วยใช้