

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ที่ 863 /49 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6520-XX-247-1877

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ วัสดุอุดรากฟันสำเร็จรูปทำจากยางไม้กัตตาเปอร์ชา  
( Preformed Gutta Percha Root Canal Filling )

หน่วยนับ กล่อง / หลอด

## 1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้อุดรากฟันถาวรในงานรักษารากฟัน

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 ทำจากยางไม้กัตตาเปอร์ชา มีคุณสมบัติอ่อนตัวได้เมื่อได้รับความร้อนเล็กน้อยจะกลับคืนสู่สภาพเดิม ณ อุณหภูมิร่างกายปกติ หรืออุณหภูมิห้อง

1.2.2 มีคุณสมบัติเป็นวัสดุทึบแสง ( radiopaque )

1.2.3 สามารถใช้น้ำยา sodium hypochlorite 1-5% และ alcohol 70% แช่วทำความสะอาดฆ่าเชื้อได้โดยไม่เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 มีลักษณะเป็นรูปโคน (cone) 3 รูปแบบดังนี้

1.3.1.1 โคนหลัก ( gutta percha main cone standardized ) มีหมายเลขระบุขนาดมาตรฐาน 10-140

1.3.1.2 โคนหลักชนิดมีสี ( gutta percha main cone color coded standardized ) มีหมายเลขระบุขนาดมาตรฐาน 10-140

1.3.1.3 โคนเสริม ( gutta percha main lateral cone ) มีหลายขนาดให้เลือกใช้ตามความเหมาะสม

1.3.2 รูปแบบและขนาดจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องเป็นของใหม่จากโรงงานที่ผลิตและไม่เคยใช้งานมาก่อน

3.2 มีอายุการใช้งานอย่างน้อย 3 ปี นับจากวันส่งของ

3.3 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากคณะกรรมการอาหารและยาจากกระทรวงสาธารณสุข

3.4 มีสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายแสดง ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อที่อยู่ ของบริษัทผู้ผลิตอย่างชัดเจน

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบเคตาล็อกและทดลองใช้งาน

863/49 (พบ.)

## คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ประสงค์ ล้อมทอง  
(ประสงค์ ล้อมทอง)

ผอ.กกก.พบ./ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ  
(ปรีชา อนันตะ)

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง โศภิต์สุดา วีรภิตติ  
(โศภิต์สุดา วีรภิตติ)

หน.แผนจัดฟัน กทต.รพ.ร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

23 ส.ค.2549

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้  
ตามอนุมัติ จก.พบ. ทำหนังสือ กกก.พบ.  
ที่ กท 0446.13/563 ลง 23 ส.ค.49