

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ที่ 471/54 (พบ.)
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6550-XX-247-3473
ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดนํ้ายาตรวจการติดเชื้อไวรัส อาร์ เอส วี
(Respiratory Syncytial Virus)
หน่วยนับ กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้ตรวจหาแอนติเจนของเชื้อไวรัส RSV ในตัวอย่างส่งตรวจที่เป็น
Nasopharyngeal Aspirate ของผู้ป่วย

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- 1.2.1 เป็นการตรวจโดยใช้หลักการ Immunochromatography ในการตรวจหาแอนติเจนของเชื้อไวรัส RSV
- 1.2.2 สามารถอ่านผลจากการเกิดแถบสีบนแถบทดสอบภายในระยะเวลา 10-15 นาที
- 1.2.3 มีแถบควบคุม (Control Line) เพื่อควบคุมคุณภาพของแถบทดสอบ
- 1.2.4 มีชุดควบคุมผลบวก (Positive Control) และตัวควบคุมผลลบ (Negative Control) สำหรับควบคุมคุณภาพในกล่อง

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ เป็นชุดนํ้ายาสำเร็จรูปพร้อมแถบทดสอบชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- 3.1 มีเอกสารกำกับ ระบุรายละเอียด วิธีการใช้ และวิธีเก็บรักษา
- 3.2 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

พ.อ. ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ทักษิณ เจียมทอง)


พ.อ. ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(พิสุทธิ บุตรงามดี)

พ.อ.หญิง ผช.ผอ.กพธ.รพ.ร.ร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

(อุไรวรรณ แก้วบวร)

29 ก.ย. 2554



2
.....
พ.อ.
(ธัญพณ สายป่งกล้า)
พ.กพธ.รพ.ค่ายสุรนารี