

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ที่ 296/54 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-3297

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ อุปกรณ์ช่วยระบายน้ำในโพรงกระดูกสันหลังส่วนเอวสู่ช่องท้อง
(Lumboperitoneal Shunt)

หน่วยนับ ชุด/ชิ้น

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้ระบายน้ำไขสันหลัง จากโพรงสันหลังส่วนเอวลงสู่ช่องท้อง เพื่อควบคุมแรงดันน้ำจากโพรงสันหลังหรือลดภาวะน้ำเกิน

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ทำจากซิลิโคน

1.2.2 มีคุณสมบัติในการ ยึดหยุ่น โค้งงอ

1.2.3 ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 มีลักษณะเป็นท่อ ใช้ระบายน้ำไขสันหลังจากโพรงสันหลังส่วนเอวลงสู่ช่องท้อง
ใน 1 ชุด ประกอบด้วย 5 ส่วน

1.3.1.1 สายระบายน้ำจากโพรงสันหลังส่วนเอวลงสู่ช่องท้อง (Lumboperitoneal Catheter)
เป็นท่อยาวไม่น้อยกว่า 84 เซนติเมตร ปลายด้านหนึ่งมีรูเพื่อระบายน้ำจากโพรง
สันหลังส่วนเอว และมีขีดบอกระยะความยาวของสาย

1.3.1.2 ท่อสำหรับเชื่อมต่อระหว่างสายระบายน้ำจากโพรงสันหลังส่วนเอวลงสู่ช่องท้อง หรือมี
Flushing Valve หรือ Reservoir รูปร่างเป็นกระเปาะกลม ใช้เก็บสิ่งส่งตรวจหรือให้ยา

1.3.1.3 ตัวยึดติดสายระบายน้ำ (Fixation Tab)

1.3.1.4 เข็ม (Blunt Needle) สำหรับทดสอบสายระบายน้ำก่อนต่อสาย

1.3.1.5 เข็มฉีดยาเข้าไขสันหลัง (Tuohy Needle)

1.3.2 บรรจุของละ 1 ชุด หรือบรรจุแยกชิ้น

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับตั้งแต่วันส่งของ


3.2 รูปแบบและแบบการบรรจุ จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง


4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

/คณะกรรมการ...



คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

พ.อ..........ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ
(ทักษิณ เจียมทอง)

พ.อ..........ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ
(พิสุทธิ บุตรงามดี)

พ.ต.หญิง..........พยาบาล รพ.ร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้
(อรอนงค์ แสนเจริญ)

4 พ.ค. 2554

คณะกรรมการเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
พ.อ.อนุมัติ จก.พบ.ทำหนังสือ กวก.พบ.
วันที่ 0446.13/.....ลง 381 4พค 54