

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ที่ 492/44 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์

6515-XX-255-4360

ชื่อสิ่งอุปกรณ์

สายสำหรับใช้กับเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายอัตโนมัติ
(Extension tube for pump)

หน่วยนับ

ชุด

.....

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.1.1 เป็นสายสำหรับใช้กับเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายอัตโนมัติ

1.1.2 ออกแบบเพื่อต่อเข้ากับชุดให้เลือดโดยเฉพาะ

1.1.3 ผ่านการอบฆ่าเชื้อแล้ว

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้ต่อเข้ากับชุดให้เลือด เมื่อใช้กับเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายอัตโนมัติ (Infusion Pump) Terumo รุ่น TE-171/172 ที่หน่วยมีใช้อยู่

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค -

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับในวันส่งมอบของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบคุณลักษณะ รูปแบบเกตตาลอก และทดลองใช้งาน

.....

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ. พร้อมพงษ์ พิระบูล

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(พร้อมพงษ์ พิระบูล)

(ลงชื่อ) พ.อ. อำนาจ ธรรมจินดา

ประจำ มทบ.11/กรรมการ

(อำนาจ ธรรมจินดา)

(ลงชื่อ) พ.ต.หญิง อุไร มีพวง

หน.หน่วยไอซียูกรมฯ รพ.ร.6/กรรมการ

(อุไร มีพวง)

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติใช้ตาม
อนุมัติ จก.พบ. ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/507 29 ศ.ก.44

....28...../.....ศ.ก...../....44.....