

| | |
|--------------------|---|
| | คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 563/43 (พบ.) |
| หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ | 6640-XX-256-3271 |
| ชื่อสิ่งอุปกรณ์ | ถาดดินน้ำมันสำหรับใช้กับ capillary tube (Capillary sealer) |
| หน่วยนับ | อัน |

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

- 1.1.1 เป็นถาดแบนพลาสติกทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 4.5 x 12.3 เซนติเมตร
- 1.1.2 ภายในถาดบรรจุดินน้ำมัน (sealant) ขนาด 2 x 9 เซนติเมตร สำหรับอุดปลาย capillary tube หรืออื่น ๆ
- 1.1.3 ตลอดแนวยาวทั้ง 2 ด้านมีร่องด้านละ 12 ช่อง สำหรับเสียบในแนวตั้งโดยมีตัวเลขกำกับตั้งแต่ 1-24

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน

ใช้สำหรับอุดปลายด้านล่าง capillary tube โดยการกดปลายทิว์ลงบนดินน้ำมันเพื่อมิให้ของเหลวภายในหลอดรั่วไหลก่อนนำไปใช้งานต่อไป

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

ดินน้ำมันที่ใช้ควรมีคุณสมบัติเป็นสารเฉื่อยไม่เกิดปฏิกิริยากับเลือด หรือของเหลวภายในหลอด

2. การบรรจุและหีบห่อ

บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

-

4. วิธีการตรวจสอบ

ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ ของตัวอย่าง และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.พร้อมพงษ์ พิระบูล ผอ.กกก.พบ./ประธานกรรมการ
(พร้อมพงษ์ พิระบูล)

(ลงชื่อ) พ.อ.อำนาจ ธรรมจินดา ผู้อำนวยการเฉพาะสาขา พบ./กรรมการ
(อำนาจ ธรรมจินดา)

(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง พจมาน ดุริยพันธ์ หน.ระบาดวิทยา กกจ.สวพท.พบ./กรรมการ
(พจมาน ดุริยพันธ์)

...14.../...พ.ย.../...43....

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้ตาม
อนุมัติ จก.พบ. ทำหนังสือ กกก.พบ. ที่
กท 0446.13/700 ลง 15 พ.ย.43