

คุณลักษณะเฉพาะ สร.สาย พ. ที่ ๐๓๔/๓๑

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ -

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ หัวรับแก๊สไฮโดรเจน (ใช้ในห้องปฏิบัติการ)

หน่วยนับ หัว

๑. คุณลักษณะเฉพาะ

๑.๑ ลักษณะทั่วไป เป็นเกณฑ์สำหรับวัดสภาพความดันของถังแก๊สไฮโดรเจน (ใช้ในห้องปฏิบัติการ)

๑.๒ ลักษณะเฉพาะ

๑.๒.๑ ลักษณะของเกณฑ์ใช้ เป็นเกณฑ์ที่มีเส้นในตัวชี้ความดัน

๑.๒.๒ มีเกลียวทั้งหมด ๒ เกลียว อยู่กันอยู่

๑.๒.๓ หัวหนึ่งใช้วัดความดันของแก๊สที่ไหลออกไปใช้ บนเกณฑ์มีตัวชี้ความดันได้ ตั้งแต่ ๐ -

๒๐๐ PSI โดยที่เกณฑ์วัดทั้งค่าเป็นหน่วยและเป็นกิโลกรัม

๑.๒.๔ เกลียวตัวหนึ่งใช้สำหรับวัดความดันภายในถังแก๊ส บนเกณฑ์มีตัวชี้ความดันได้ ตั้งแต่ ๐ -

๔๐๐๐ PSI โดยที่เกณฑ์วัดทั้งค่าเป็นหน่วยและเป็นกิโลกรัม

๑.๒.๕ มีแกนและนอตสำหรับยึดเข้ากับตัวไฮโดรเจนโพท

๑.๒.๖ มีสัญลักษณ์บอกว่า เป็นหัวรับสำหรับใช้กับไฮโดรเจน

๒. การบรรจุใบขอ บรรจุในหีบห่อที่แข็งแรง

๓. ข้อกำหนดอื่น ๆ เป็นผลิตภัณฑ์ของยุโรป, อเมริกา หรือเอเชีย

๔. วิธีตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ และทดสอบโดยการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สร.สาย พ.ของ พบ.

ร.อ. ขุนทด ประธานกรรมการ

ร.ท. วิเศษ กรรมการ

ร.ร. วิเศษ กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สร.สาย พ.ของ พบ.

ร.อ. วิเศษ ประธานกรรมการ

ร.ท. วิเศษ กรรมการ

ร.ร. วิเศษ กรรมการ

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อันุมัติให้ใช้ตาม

อนุมัติ ผ.ท.บ. ทำขึ้นที่ กบ.ท.บ.

ทกท.๐4๐4/ 7558 ลง 6 ต.ค. 51

(ลงชื่อ) _____

()

(ตำแหน่ง) _____