

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 245/53 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6550-XX-247-3040

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สารมาตรฐาน Bifenthrin
(Standard Bifenthrin)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้เตรียมสารละลายเพื่อใช้ในการตรวจวิเคราะห์ในงานทางห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 มีสูตรทางเคมี $C_{23}H_{22}ClF_3O_2$

1.2.2 มีความบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่า 97%

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ เป็นสารมาตรฐานที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันส่งของ

3.2 มีฉลากกำกับระบุปริมาณ ความบริสุทธิ์ และข้อกำหนดอื่นๆ ตามความจำเป็น

3.3 มีใบรับรองคุณภาพ (Certificate of Analysis) ของ Lot ที่ส่งมอบ

3.4 ขนาดบรรจุต่อขวดและความบริสุทธิ์ จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแก็ดตาสี และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ทักษิณ เจียมทอง

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ทักษิณ เจียมทอง)

(ลงชื่อ) พ.อ.พิสุทธิ บุตรงามดี

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(พิสุทธิ บุตรงามดี)

(ลงชื่อ) ร.ท.สมรรถ ปรีกกลาง

ประจำแผนก สวพท./กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

(สมรรถ ปรีกกลาง)

17 ก.ย.2553

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อ่อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมติ จก.พบ. ทำหนังสือ กวก.พบ.
ที่ต่อ กท 0404.13/784 ลง 20 ก.ย.53