

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ รถเข็นคนไข้ที่นั่งชนิดพับได้

หน่วยนับ คัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 ลักษณะทั่วไป เป็นรถเข็นสำหรับผู้ป่วยนั่งทำด้วยเหล็กสแตนเลส ยกเว้นส่วนประกอบบางส่วนอาจเป็นวัสดุชนิดอื่นได้ตามความเหมาะสม สามารถพับเก็บได้

1.2 ลักษณะเฉพาะ

1.2.1 โครงรถทำด้วยท่อเหล็กสแตนเลส ขนาด ϕ 7/8"

1.2.2 ขนาดของรถเมื่อกางออกเต็มที่แล้ว ต้องมีที่นั่งกว้างไม่น้อยกว่า 18" และสามารถพับเก็บได้

1.2.3 แผ่นรองนั่งทำด้วยผ้าใบชนิดหนา หุ้มด้วยหนังเทียมอย่างดี ขนาดไม่น้อยกว่า 16" x 18"

1.2.4 พนักพิงใช้วัสดุชนิดเดียวกับแผ่นรองนั่ง ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 19" ด้านบนกว้างไม่น้อยกว่า 18" ด้านล่างกว้างไม่น้อยกว่า 18" การยึดตรึงแผ่นรองนั่ง และพนักพิงติดกับโครงรถใช้สกรูและน็อต ข้างละไม่ต่ำกว่า 4 ตัว

1.2.5 ด้านหลังมีที่สำหรับจับรถเข็น ด้านข้างมีที่รองรับแขนทั้ง 2 ข้างทำด้วยพลาสติกแข็ง หรือไฟเบอร์ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 2" ยาวไม่น้อยกว่า 14 1/2" ใต้ที่รองรับแขนมีแผ่นเหล็กชนิดไม่เกิดสนิม กว้างไม่น้อยกว่า 6" ยาวตลอดด้านข้าง สำหรับกันล้อรถทั้ง 2 ด้าน

1.2.6 มีล้อ 4 ล้อ ล้อหน้า หมุนได้รอบตัวขนาด 8" ล้อหลัง ใช้ล้อรถจักรยานชนิดยางตัน ไม่มีรอยต่อ ขนาด ϕ 24" หน้า 1 1/4" จำนวน 2 ล้อ ติดวงเหล็กกลมเพื่อให้คนไข้ใช้จับเลื่อนรถและบังคับทิศทาง ล้อทุกล้อมีตัวยึดล็อกป้องกันการหมุนล้อละ 2 ชุด

1.2.7 มีคันโยกห้ามล้อทำด้วยเหล็กชนิดไม่เกิดสนิม ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา โดยใช้มือบังคับติดตั้งอยู่ในลักษณะที่จะบังคับได้โดยสะดวก และต้องห้ามล้อให้อยู่ได้แน่นสนิท

1.2.8 ที่รองเท้าเป็นโลหะอลูมิเนียม สามารถพับขึ้นได้ทั้ง 2 ข้าง

1.2.9 ส่วนที่เป็นหนังเทียมทุกส่วนต้องเป็นชนิดและสีเดียวกันทั้งหมด

2. การบรรจุหีบห่อ บรรจุในหีบห่อตามมาตรฐานผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ -

4. วิธีตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.


พ.อ.  ประธานกรรมการ


พ.อ.  กรรมการ

พ.อ.  กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

พ.อ.  ประธานกรรมการ

พ.อ.  กรรมการ

พ.อ.  กรรมการ

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้ให้มีผลใช้ตาม

อนุมัติ ผบ.ทบ. ทำบันทึกฯ กบ.ทบ.

ที่กท.0404/ 11596 ลง 17 ก.ย. 34

(ลงชื่อ) _____

(_____)

(ตำแหน่ง) _____