

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 525/48(พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-1170

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ อุปกรณ์พยุงเอว (Lumba support)

หน่วยนับ อัน

**1. คุณลักษณะเฉพาะ**

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้พยุงหลังระดับล่างหรือเอว

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 ผลิตจากใยสังเคราะห์เหนียว ยืดหยุ่นได้

1.2.2 ขนาดและรูปแบบ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ เป็นอุปกรณ์พยุงหลังระดับล่างหรือเอว

**2. การบรรจุและหีบห่อ** บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

**3. ข้อกำหนดอื่นๆ**

3.1 ต้องเป็นของใหม่จากโรงงานผู้ผลิตและไม่เคยใช้งานมาก่อน

3.2 ผลิตภัณฑ์ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี ในวันส่งของ

**4. วิธีการตรวจสอบ** ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะและทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ประสงค์ ล้อมทอง  
(ประสงค์ ล้อมทอง)

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ  
(ปรีชา อนันตะ)

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.วิธิ สนิสมบูรณ์  
(วิธิ สนิสมบูรณ์)

หน.กองเภสัชกรรม รพ.ค่ายจักรพงษ์/  
กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

19 ส.ค.2548

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อำนวยให้ใช้  
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.  
ที่ กท 0446.13/761 ลง 19 ส.ค.48

ตรวจถูกต้อง

.....  
(.....)

นายทหารประจำ คลังเวชภัณฑ์ กกก.รพ.ค่ายสุรนารี

6 / ๗ / ๕3