

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 172/53 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-2968

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ท่อสำหรับต่อกับ Backflush Handpiece
(Brush Cannula for Backflush Handpiece)

หน่วยนับ อัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้ต่อกับ Backflush Handpiece สำหรับดูดเลือด หรือของเหลว
ในงานผ่าตัดทางจักษุกรรม

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 ส่วนด้ามที่ใช้ต่อกับ Backflush Handpiece ผลิตจากโลหะปลอดสนิม

1.2.2 ส่วนที่เป็นท่อต่อกับด้าม ผลิตจากซิลิโคน

1.2.3 สามารถทำให้ปราศจากเชื้อได้

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ มีลักษณะเป็นท่อขนาดเล็ก ส่วนปลายของท่อมีลักษณะเป็นแปรง
โดยมีส่วนด้ามที่ใช้ต่อกับ Backflush Handpiece

1.3.1 ส่วนด้าม มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 35 มิลลิเมตร

1.3.2 ส่วนที่เป็นท่อ มีลักษณะเป็นท่อตรง มีขนาดตั้งแต่ 20 Gauge ขึ้นไป

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ ขนาดที่ต้องการ จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแก๊ตด้าล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ทักษิณ เจียมทอง ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ
(ทักษิณ เจียมทอง)

(ลงชื่อ) พ.อ.พิสุทธิ บุตรงามดี ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ
(พิสุทธิ บุตรงามดี)

(ลงชื่อ) พ.ต.หญิงบุญณอม สุตะพันธ์ หน.พยาบาลห้องผ่าตัด ร.ร.6
(บุญณอม สุตะพันธ์) /กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

19 ม.ค.2553

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อ่อนมิติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0404.13/38 ลง 19 ม.ค.53