

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 018/51

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-0487

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ กรรไกรตัดชิ้นเนื้อปากมดลูก
(Cervical Biopsy Forceps)

หน่วยนับ อัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน เป็นกรรไกรสำหรับตัดชิ้นเนื้อปากมดลูก เพื่อนำไปตรวจทางพยาธิวิทยา ในการวินิจฉัยโรคทางสูติ-นรีเวช

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 ทำจาก Stainless Steel หรือ โลหะปลอดสนิมชนิดอื่นที่ดีกว่า

1.2.2 ปลายปากกรรไกรเคลือบด้วยสาร stralight ทำให้มีความคมเป็นพิเศษเพื่อความแม่นยำในการใช้งาน

1.2.3 สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อได้ด้วยความร้อนหรืออบแก๊ส

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นเครื่องมือตัดชิ้นเนื้อที่มีรูปแบบเป็นกรรไกร ใช้สำหรับตัดเนื้อเยื่อปากมดลูก

1.3.2 มีด้ามจับสำหรับควบคุมการทำงานของส่วนปลายปากกรรไกรและสามารถล็อกได้

1.3.3 ปลายปากกรรไกรมีหลายแบบให้เลือกใช้ตามความต้องการใช้งาน

1.3.4 ความยาวของตัวกรรไกรมีขนาดให้เลือกใช้ตามความต้องการใช้งาน

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องเป็นของใหม่และไม่เคยใช้งานมาก่อน

3.2 มีเครื่องหมายถาวรของบริษัทติดอยู่กับเครื่องมือสามารถมองเห็นได้ชัดเจน

3.3 ต้องได้รับรองคุณภาพในด้านการผลิตและความปลอดภัยในการใช้งานจากสถาบันตรวจสอบที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคะตาลอก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.จิตภูมิ เอื้ออำนวย

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(จิตภูมิ เอื้ออำนวย)

(ลงชื่อ) พ.อ.พิสุทธิ บุตรงามดี

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(พิสุทธิ บุตรงามดี)

(ลงชื่อ) พ.อ.กุศทินธุ์ บุรณะวิทย์

รอง ผอ.กสน.รพ.รร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

(กุศทินธุ์ บุรณะวิทย์)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ ทบ.

(ลงชื่อ) พล.ต.มานะชญ์ จันทวร ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ
(มานะชญ์ จันทวร)

(ลงชื่อ) พ.อ.กฤษฎา เต็มบุญเกียรติ ผอ.กทบ.ทบ./กรรมการ
(กฤษฎา เต็มบุญเกียรติ)

(ลงชื่อ) พ.อ.สถาพร สหวัฒน์ รอง ผอ.กอง กบ.ทบ./กรรมการ
(สถาพร สหวัฒน์)

30 ม.ค.2551

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ ผบ.ทบ.ทำขึ้นที่ กบ.ทบ.
ที่ต่อ กท 0446/1435 ลง 10 มี.ค.51