

848/39

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ที่ ๔๔๔/๓๖

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์

ชื่อสิ่งอุปกรณ์

หน่วยนับ

โต๊ะวางเครื่องมือแพทย์

ตัว

๑. คุณลักษณะเฉพาะ

๑.๑ ลักษณะทั่วไป เป็นโต๊ะสำหรับวางเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ สามารถปรับระดับสูงต่ำได้ พร้อมถาด มีล้อเลื่อนไม่มาสกปรก

๑.๒ ลักษณะเฉพาะ

๑.๒.๑ โครงสร้างทำด้วยเหล็กชนิดไม่เกิดสนิม

๑.๒.๒ โครงรองรับถาดทำด้วยเหล็กแบบรีดไม่เกิดสนิมขนาดประมาณ ๓๖" x ๓๖"

๑.๒.๓ มีถาดสเตนเลส กว้าง ยาว ประมาณ ๓๖" x ๓๖" จำนวน ๑ ใบ

๑.๒.๔ มีแกนราทั้งชั้นนอกและชั้นใน ชั้นนอก ๘" ชั้นใน ๘" สำหรับเลื่อนขึ้น-ลง ได้จากกระดุม

๔๐-๑๒๐ ซม.

๑.๒.๕ ที่แกนมีที่หมุนเลื่อนขึ้น-ลงได้โดยสะดวก

๑.๒.๖ ฐานทำด้วยเหล็กชนิดไม่เกิดสนิมขนาดประมาณ ๒๖"

๑.๒.๗ มีล้อขนาด ๘" ๒" จำนวน ๒ ล้อ

๒. การบรรจุหีบห่อ ห่อหุ้มด้วยพลาสติก หรือห่อกระดาษเรียบรอย

๓. ขอบข่ายการควบคุม

๔. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ แบบรูปแนบท้าย

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ ทบ.

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อาจแก้ไขได้ตาม

พ.๑๒.

ประธานกรรมการ

อนันต์ ผ.ทพ. นายแพทย์ กบ.ทพ.

ที่กน.๐๑๐๓/ 4064 ลง 20 มี.ย. 33.

(ลงชื่อ)

พ.อ. อภัย ธรรมสาร กรรมการ

พ.อ. ชลธร ธรรมสาร กรรมการ

(ตำแหน่ง)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ ทบ.

พ.อ. อภัย ธรรมสาร ประธานกรรมการ

พ.อ. ชลธร ธรรมสาร กรรมการ

พ.อ. ชลธร ธรรมสาร กรรมการ