

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 276/57(พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-4156

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดอุปกรณ์สำหรับใช้ร่วมกับเครื่องอุ่นเลือดและน้ำเกลือ

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน สำหรับใช้ร่วมกับเครื่องอุ่นเลือดและน้ำเกลือ เพื่อให้สารน้ำและเลือดที่ให้กับผู้ป่วย มีระดับความอุ่นอย่างสม่ำเสมอ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ทำจากวัสดุชนิด Latex Free หรือวัสดุอื่นที่เทียบเท่าหรือดีกว่า

1.2.2 มี Priming Volume ไม่น้อยกว่า 20 มิลลิลิตร

1.2.3 มี Pressure Infusion สูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 300 มิลลิเมตรปรอท

1.2.4 มี กระจาปะดักฟองอากาศ (Bubble Trap) และ Injection Port

1.2.5 สามารถปรับ Flow Rate สูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 6,000 มิลลิลิตร

1.2.6 มีขนาดความยาวของสาย ไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ ชุดอุปกรณ์ประกอบด้วยสายและตัวต่อ สำหรับต่อเข้ากับชุดมาตรฐานของเครื่องอุ่นเลือดและน้ำเกลือ

2. การบรรจุและหีบห่อ ทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว อยู่ในบรรจุภัณฑ์ปิดสนิทและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต


3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันส่งของ


3.2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพ และความปลอดภัยในการใช้งานตามมาตรฐานสากล

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ และรูปแบบแค็ตตาล็อก

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ พบ.

พ.อ..........ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ
(ทักษิณ เจียมทอง)

พ.อ..........ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ
(พิสุทธิ บุตรงามดี)

พ.ท..........วิสัญญีแพทย์ รพ.ร.ร.6
(อีรวรรณ ภูจิณญาณ) /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

๒๖ ส.ค. ๒๕๕๗

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ. ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/1076 ลง ๒๘ ส.ค. ๕๗