คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 028/44 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์	6640-XX-250-3894
ชื่อสิ่งอุปกรณ์	ท่อระบายน้ำในหูชั้นกลาง (Ventilation tube)
หน่วยนับ	ชิ้น/กล่อง

---

1. <u>คุณลักษณะเฉพาะ</u>

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.1.1 เป็นท่อปราศจากเชื้อสำหรับสอดเพื่อระบายน้ำในหูชั้นกลาง

1.1.2 ทำด้วยซิลิโคน (silicone) สามารถบีบให้เล็กลงเพื่อสะดวกในการสอดใส่

1.1.3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 1.14 มม.

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้เพื่อระบายน้ำในหูชั้นกลาง

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค -

2. <u>การบรรจุและหีบห่อ</u> บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. <u>ข้อกำหนดอื่นๆ</u> มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับในวันส่งมอบของ

4. <u>วิธีการตรวจสอบ</u> ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาลอก และทดลองใช้งาน

…….

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ. พร้อมพงษ์ พีระบูล ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ
(พร้อมพงษ์ พีระบูล)

(ลงชื่อ) พ.อ. อำนาจ ธรรมจินดา ประจำ พบ./กรรมการ
(อำนาจ ธรรมจินดา)

(ลงชื่อ) พ.อ. สุรเดช จารุจินดา อจ.ภสล.กศ.วพม./กรรมการ
(สุรเดช จารุจินดา)

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้ตาม
อนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กห 0446.13/ 793 ลง 26 ธ.ค.43