

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ที่ 004/55

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-0821

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดอุปกรณ์กู้สิ่งแปลกปลอม ชนิดคล้อง  
(Snare Kit)

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้สำหรับคล้องเพื่อกู้สิ่งแปลกปลอมออกจากหลอดเลือดหรือช่องว่างต่างๆ ภายในร่างกาย

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 หัวคล้อง (Loop) ทำมาจาก Gold Tungsten Coils หรือวัสดุอื่นที่เทียบเท่าหรือดีกว่า มีลักษณะเป็นม้วนตั้งฉาก 90 องศา และมีคุณสมบัติที่บ่งชี้ สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเมื่อทำการเอกซเรย์

1.2.2 ส่วน Snare Catheter ทำมาจาก Nitinol หรือวัสดุอื่นที่เทียบเท่าหรือดีกว่า มีความแข็งแรง ยืดหยุ่น ด้านทานการหักพับงอได้ดี

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ ชุดอุปกรณ์มีขนาดต่างๆ ให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมในการใช้งาน ดังนี้

1.3.1 หัวคล้อง มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร

1.3.2 ส่วน Snare Catheter มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 65 เซนติเมตร

2. การบรรจุและหีบห่อ ทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว อยู่ในบรรจุภัณฑ์ปิดสนิทและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ขนาดของอุปกรณ์จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

3.2 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี ในวันที่ส่งของ


3.3 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้งานตามมาตรฐานสากล


4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน


/คณะกรรมการ...



## คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.


พ.อ..........ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ  
( ทักชิน เจียมทอง )


พ.อ..........ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ  
( พิสุทธิ์ บุตรงามดี )


พ.ท..........รังสีแพทย์ รพ.ร.ร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้  
( ชัชชาญ คงพานิช )

10 ก.พ. 2555

## คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ ทบ.

พล.ต..........ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ  
( สติชัย เรืองคิลกรัตน์ )

พ.อ..........ผอ.กกบ.พบ./กรรมการ  
( ณรงค์ น้อยนารถ )

พ.อ..........รอง ผอ.กอง กบ.ทบ./กรรมการ  
( อารัชวิส ไตรเดช )

20 ก.พ. 2555

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้  
ตามอนุมัติ ผบ.ทบ.ทำขึ้นที่กอง กบ.ทบ.  
ที่ต่อ กท 0404/ 8746 ลง. 8 มี.ค. 55