

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ. ที่ 186/64 (พบ.)

หมายเลข คณ. 6515 - M - 64 - S - 0086

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เครื่องวัดความอืดตัวของออกซิเจนในเลือดและซีพจร

หน่วยนับ เครื่อง

### 1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้สำหรับวัดความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดและซีพจร สามารถใช้งานได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่

#### 1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ตัวเครื่องสามารถสวมกับปลายนิ้ว และด้านบนมีหน้าจอแสดงผลที่แสดงค่าเป็นตัวเลขได้

1.2.2 สามารถวัดค่าความอืดตัวของออกซิเจนในเลือดได้ในช่วง 70 - 99% หรือกว้างกว่า โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่า  $\pm 2\%$

1.2.3 สามารถวัดอัตราซีพจรได้ในช่วง 30 - 235 ครั้งต่อนาที หรือกว้างกว่า โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่า  $\pm 3$  ครั้งต่อนาที

1.2.4 มีสัญลักษณ์เตือนเมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมดหรือค่าออกซิเจนในเลือดผิดปกติ

1.2.5 สามารถใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ขนาด AAA หรือเล็กกว่าได้

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ เป็นเครื่องวัดความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดและค่าซีพจรที่ปลายนิ้ว มีขนาดเล็กกะทัดรัด สามารถพกพาได้สะดวก

### 2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

### 3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องเป็นของใหม่และไม่เคยใช้งานมาก่อน

3.2 มีหนังสือคู่มือการใช้งานและปรนนิบัติบำรุงเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

3.3 มีเครื่องหมายถาวร หรือสติ๊กเกอร์แสดงชื่อบริษัทหรือยี่ห้อติดกับเครื่องสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน

3.4 ต้องได้รับการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้งานตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 13485 หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าหรือดีกว่า

### 4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

ตรวจถูกต้อง

.....  
.....

นายทหารประจำ ค่ายเวชภัณฑ์ กกก.รพ.ค่ายสุรนารี  
...../...../.....


/คณะกรรมการ....

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เครื่องวัดความอืดตัวของออกซิเจนในเลือดและซีพจร


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ.

พ.อ.  ..... ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ

( ปุณฺชทร ทิพยวงษ์ )

พ.อ.  ..... รอง ผอ.กอง พบ./กรรมการ


( รাত্রี บุญเจือ )

พ.ท.หญิง  ..... พยาบาล รพ.ร.ร.6/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


( วชิรา ตันเสนีย์ )

22 เม.ย. 2564


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ.

พ.อ.  ..... รอง ผอ.สวค.พบ./ประธานกรรมการ


( ไพรัช มีลาภ )

พ.อ.  ..... ผอ.กอง พบ./กรรมการ


( ปกิจจ์ แสงสว่าง )

พ.อ.หญิง  ..... นปก. ประจำ พบ./กรรมการเหล่าสายวิทยาการ

( สิริวรรณ สมจินตนา )



พ.ท.หญิง  ..... ประจำ พบ. ชรก.รพ.ร.ร.6/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

( อรอนงค์ แสนเจริญ )

พ.ท.หญิง  ..... พยาบาล รพ.ร.ร.6/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

( วชิรา ตันเสนีย์ )

ตรวจถูกต้อง

 .....  


นายทหารประจำ ค่ายเวชภัณฑท์ กกก.รพ.ค่ายสุรนารี

..... ๒๑ / ๐-๑ / ๖๔

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้  
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวค พบ  
ที่ กท 0446.131.524..... ลง 29 เม.ย. 64