

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เครื่องดูดของเหลวจากกระเพาะอาหาร (Gastric Drainage Suction)

หน่วยนับ เครื่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 ลักษณะทั่วไป

- 1.1.1 เครื่องดูดของเหลวที่มีแรงดูดไม่รุนแรง ใช้สำหรับดูดของเหลวจากกระเพาะอาหารของผู้ป่วย
- 1.1.2 เป็นเครื่องชนิดที่ติดตั้งวางบนรถเข็น สามารถเข็นเคลื่อนที่ได้สะดวกและมีขวดรองรับของเหลว ซึ่งดูดจากกระเพาะอาหารผู้ป่วย ติดตั้งพร้อมอยู่บนรถเข็นด้วย

1.2 ลักษณะเฉพาะ

1.2.1 ส่วนเครื่องดูด (Suction Unit)

- 1.2.1.1 เป็นเครื่องที่มีระบบแรงดูด ซึ่งสามารถปรับให้มีแรงดูดมากหรือน้อยได้ตามความต้องการระหว่าง 40 - 150 มิลลิเมตรปรอท การปรับ ปรับโดยใช้ใช้ปุ่มปรับ
- 1.2.1.2 มีสวิตซ์ให้เลือกใช้งานได้ 2 แบบ คือ แบบ Intermittent (ดูดแล้วพักเป็นระยะ) และ แบบ Continuous (ดูดแบบต่อเนื่อง)
- 1.2.1.3 มีหลอดไฟเพื่อแสดงการทำงานของเครื่อง
- 1.2.1.4 มี Flush Switch เมื่อกดสวิตซ์นี้เครื่องจะให้แรงดูดชนิดต่อเนื่อง และแรงดูดลดลงทันทีที่ไม่ว่าจะ Set เครื่องไว้อย่างไร ตลอดเวลาที่กดสวิตซ์นี้ เมื่อบปล่อยมือที่กดสวิตซ์เครื่องจะกลับเข้าทำงานตามสภาพที่ Set อย่างเดิม
- 1.2.1.5 ให้อุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสสลับ ขนาด 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
- 1.2.1.6 ตัวเครื่องสามารถยกแยกจากรถเข็นได้โดยง่าย

1.2.2 ส่วนรถเข็น

- 1.2.2.1 เป็นรถเข็นที่ทำด้วยโลหะ Stainless Steel มีล้อจำนวน 4 ล้อ ตัวรถมี 2 ชั้น ชั้นบนสำหรับวางส่วนเครื่องดูด ชั้นล่างสำหรับวางขวดรองรับของเหลว
- 1.2.2.2 มีขวดรองรับของเหลวบรรจุ 3-4 ลิตร พร้อมจุกยางและข้อต่อสายยาง จำนวน 1 ชุด และมีขวดเปล่าขนาดความจุ 3-4 ลิตร เป็นขวดสำรองอีก 1 ใบ
- 1.2.2.3 มีกลไกป้องกันของเหลวจากขวดเข้าไปในตัวเครื่องดูด และมี Air filter กันระหว่างขวดรองรับของเหลวกับตัวเครื่องดูด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อจุลินทรีย์

2. การบรรจุหีบห่อ บรรจุในหีบห่อที่มั่นคงแข็งแรง

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ มีหนังสือคู่มือการใช้งาน และปรนนิบัติบำรุง จำนวน 3 ชุด

วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สบ.สาย พ.ของ พบ.

พ.อ. 62

ประธานกรรมการ

พ.อ. *[Signature]*

กรรมการ

[Signature]

กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สบ.สาย พ.ของ พบ.

พ.อ. *[Signature]*

ประธานกรรมการ

พ.อ. *[Signature]*

กรรมการ

พ.อ. *[Signature]*

กรรมการ

คุณลักษณะเฉพาะฉบับก่อนนี้ให้ใช้ตาม
อนุมัติ พบ.ทบ. ทำขึ้นที่ กท.ทบ.
ทกท.0104/11079 ลง 11 ต.ค. 33

(ลงชื่อ)