

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ **เตียงตรวจคนไข้แบบพิเศษ พร้อมที่รองเท้า**

หน่วยนับ **เตียง**

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 ลักษณะทั่วไป เป็นเตียงสำหรับใช้ในการตรวจโรคทั่วไป โครงสร้างเป็นสแตนเลส ประกอบด้วยนอนพองน้ำหุ้มหนังเทียม

1.2 ลักษณะเฉพาะ

1.2.1 เป็นเตียงโครงสแตนเลสประกอบด้วยนอนพองน้ำสำหรับใช้ในการตรวจโรคทั่วไป

1.2.2 ขนาดโดยประมาณ กว้าง 24" ยาว 72" สูงจากพื้น 32"

1.2.3 โครงเตียงทำด้วยท่อสแตนเลส 4 เหลี่ยม ขนาด 1 1/2"

1.2.4 พื้นเตียงเป็นไม้ฉลิมขนาดหนา 10 มม. มีขอบไม้ยางขนาด 2"x1" โดยรอบ บุด้วยพองน้ำหนา 2" แล้วหุ้มด้วยหนังเทียมอย่างดี

1.2.5 พื้นเตียงแบ่งเป็น 2 ท่อน ท่อนล่างยาวประมาณ 52" ท่อนบนสามารถปรับระดับ สูง-ต่ำ ได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ

1.2.6 มีโต๊ะรองเท้าชั้นเตียง จำนวน 1 ตัว มีลักษณะดังนี้

1.2.6.1 เป็นโต๊ะสแตนเลส 4 ขา ขนาดกว้าง 10" ยาว 16" สูง 10"

1.2.6.2 ตัวโครงใช้ท่อสแตนเลสชนิดกลมโปรง ขนาด 1" ปลายขาทั้ง 4 มีลูกยางสวม

1.2.6.3 พื้นสำหรับรองเท้าใช้ไม้ฉลิมประกอบด้วยโครงไม้หนา 1" ด้านบนบุด้วยแผ่นยางกันลื่นสีดำ ขอบทั้ง 4 ด้านหุ้มด้วยแผ่นอลูมิเนียม

2. การบรรจุหีบห่อ ตามมาตรฐานในห้องคลาด

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

4. วิธีตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ, แบบรูปแก้ศตลอก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

พ.ร. 62,

ประธานกรรมการ

พ.อ. *[Signature]* กรรมการ

กรรมการ

*[Signature]* กรรมการ

กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ พบ.

พ.อ. *[Signature]* ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการ

พ.อ. *[Signature]* กรรมการ

กรรมการ

พ.อ. *[Signature]* กรรมการ

กรรมการ

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้ออเบ็ดให้ใช้ตาม

อนุมัติ ผบ.ทบ. ท้ายบันทึกฯ กบ.ทบ.

กท.0404/12903 ลง 25 ธ.ค. 33

(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_

(ตำแหน่ง) \_\_\_\_\_

(ตำแหน่ง) \_\_\_\_\_