

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ที่ 128/37

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ -

ชื่อสิ่งอุปกรณ์

เครื่องส่องตรวจระบบทางเดินปัสสาวะพร้อมเครื่องมือผ่าตัด

หน่วยนับ

ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 ลักษณะทั่วไป เป็นชุดเครื่องมือสำหรับใช้ในการส่องตรวจและผ่าตัดในกระเพาะปัสสาวะ

1.2 ลักษณะเฉพาะ ประกอบด้วย

1.2.1 ชุดส่องตรวจกระเพาะปัสสาวะ จำนวน 1 ชุด ได้แก่

1.2.1.1 เครื่องส่องตรวจ (Telescope) ชนิดมุมมอง 70 องศา จำนวน 1 อัน

1.2.1.2 ปลอกเครื่องส่องตรวจพร้อมแกน (Sheath with obturator) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 17 Fr. จำนวน 1 ชุด

1.2.1.3 ตัวเชื่อมสำหรับ Telescope กับ Sheath (Examining bridge or adapter) จำนวน 1 อัน

1.2.1.4 ข้อต่อมีก๊อกควบคุมการปิดเปิดน้ำ (Irrigating stopcock) จำนวน 1 อัน

1.2.2 ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระเพาะปัสสาวะชนิดมองผ่านเครื่องส่องตรวจ ประกอบด้วย

1.2.2.1 Resectoscope sheath ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 24 Fr. จำนวน 1 อัน

1.2.2.2 Timber lake obturator ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 24 Fr. จำนวน 1 อัน

1.2.2.3 Resectoscope sheath ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 26 Fr. จำนวน 1 อัน

1.2.2.4 Timber lake obturator ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 26 Fr. จำนวน 1 อัน

1.2.2.5 Iglesias working element จำนวน 1 อัน

1.2.2.6 Cutting loop electrode ขนาด 0.012" หรือ 0.3 mm, 24 Fr. จำนวน 6 อัน

1.2.2.7 Cutting loop electrode ขนาด 0.012" หรือ 0.3 mm, 26 Fr. จำนวน 6 อัน

1.2.2.8 Angled roller ball electrode, 24 Fr. หรือ Coagulating electrode, 24 Fr. จำนวน 2 อัน

1.2.2.9 Angled roller ball electrode, 26 Fr.

หรือ Coagulating electrode, 26 Fr.

จำนวน 2 อัน

1.2.2.10 Active cord for Bovie/valley lab

units

จำนวน 4 อัน

- 2. **การบรรจุและหีบห่อ** บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- 3. **ข้อกำหนดอื่นๆ** มีหนังสือคู่มือการใช้งานและปรนนิบัติบำรุง เป็นภาษาไทยหรืออังกฤษ อย่างละ 2 ชุด (ตัวจริง 1 ชุด)
- 4. **วิธีการตรวจสอบ** ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ. กอบโชค พัววิไล	ประธานกรรมการ
(กอบโชค พัววิไล)	

(ลงชื่อ) พ.อ. ธวัช สวัสดิภาพ	กรรมการ
(ธวัช สวัสดิภาพ)	

(ลงชื่อ) พ.อ. สุรเดช เวชภูติ	กรรมการ
(สุรเดช เวชภูติ)	

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อันุมัติให้ใช้ตาม
 อนุมัติ ผบ.ทบ. ทำขึ้นที่ ก ๑ กบ.ทบ. ที่
 ต่อ กท 0404/11548/37ลง2ก.ข.37