

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 113/53 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-2915

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ท่อระบายและที่เก็บกักเพื่อลดความดันตาในผู้ป่วยโรคต้อหินชนิด ไม่มีลิ้นปิดเปิด  
(Non - Valve , Single Plate Glaucoma Shunt Device)

หน่วยนับ อัน

## 1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้ระบายน้ำในลูกตามายังที่เก็บกักซึ่งอยู่ใต้เยื่อตา เพื่อการควบคุมความดันตาในผู้ป่วยโรคต้อหิน

### 1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 ผลิตจาก Silicone หรือ PMMA (Polymethyl Methacrylate)

1.2.2 เป็นชนิด Single Plate

1.2.3 สามารถเอ็กซ์เรย์ผ่านได้

1.2.4 ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว

### 1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นท่อกลางเพื่อระบาย และเก็บกักเพื่อลดความดัน ชนิดไม่มีลิ้นปิดเปิด

1.3.2 มีรูสำหรับยึดติดกับลูกตา

1.3.3 มีขนาด Surface Area ตั้งแต่ 174 ถึง 500 mm.<sup>2</sup>

1.3.4 มีท่อเปิดสำหรับระบายน้ำจากลูกตา

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบเค็ดตาล็อก และทดลองใช้งาน

## คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ชัชวาล บุรณรัช

( ชัชวาล บุรณรัช )

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.พิสุทธิ บุตรงามดี

( พิสุทธิ บุตรงามดี )

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.ต.หญิง บุญนอม สุตะพันธ์

( บุญนอม สุตะพันธ์ )

หน.พยาบาลห้องผ่าตัด รพ.ร.ร.6

/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้  
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.  
ที่ กท 0404.13/913 ลง 3 พ.ย.52