

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ. ที่ 169/64 (พบ.)

หมายเลข คฉ. 6515 - M - 64 - S - 0069

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เสื้อกาวน์พลาสติกกันน้ำ ชนิดมีแขน
(Isolation Gown)

หน่วยนับ ชุด, แพ็ค

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้สวมคลุมร่างกาย เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อจากผู้ป่วยสู่บุคลากรทางการแพทย์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- 1.2.1 ผลิตจาก Chlorinated Polyethylene (CPE) หรือ Polyethylene (PE) หรือวัสดุอื่นที่เทียบเท่า หรือดีกว่า ที่มีความเหนียว น้ำหนักเบา ระบายอากาศได้ดี สามารถป้องกันเลือด สารคัดหลั่ง และน้ำซึมผ่าน โดยมีความหนาไม่น้อยกว่า 30 แกรม
- 1.2.2 ตัวเสื้อมีความกว้างรอบตัวไม่น้อยกว่า 87 ซม. และมีความยาวไม่น้อยกว่า 112 ซม.
- 1.2.3 มีสายรัดเอวอยู่บริเวณด้านข้างทั้ง 2 ข้าง ปล่อยปลายสายสำหรับผูกด้านหน้า มีความยาวข้างละไม่น้อยกว่า 73 ซม.
- 1.2.4 สามารถสวมเสื้อกาวน์เข้าทางศีรษะได้ โดยคอเสื้อมีความกว้างไม่น้อยกว่า 23 ซม. บริเวณบ่าหรือคอ ด้านหลังมีรอยบาก เพื่อให้สามารถกระตุกเสื้อให้ฉีกขาดได้ เพื่อลดการปนเปื้อนหลังการใช้งาน
- 1.2.5 ปลายแขนมีช่องสำหรับสวมนิ้วหัวแม่มือ เพื่อป้องกันการเลือนหลุดของปลายแขน และสามารถสวมถุงมือทับได้ เพื่อป้องกันน้ำเข้าขณะทำหัตถการ

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ เป็นเสื้อกาวน์พลาสติกกันน้ำ ชนิดแขนยาว ด้านหน้าปิดคลุมเข้า ด้านหลังมีช่องเปิด ปลายแขนมีช่องสำหรับสวมนิ้วหัวแม่มือเข้าไปได้

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- 3.1 ต้องเป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน
- 3.2 จำนวน และขนาด จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง
- 3.4 ต้องได้รับการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้งานตามมาตรฐานสากล

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

ตรวจถูกต้อง

ร.ศ. อภิรักษ์
 (อภิรักษ์ อภิรักษ์)
 นายทหารประจำ คลังเวชภัณฑ์ กกภ.รพ.ค่ายสุรนารี
 20 / 21 - 9 68


/คณะกรรมการ...

พ.อ.


22 เม.ย. 2564

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เสื้อกาวน์พลาสติกกันน้ำ ชนิดมีแขน
(Isolation Gown)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ.


พ.อ..........ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ
(ปุณฺชทร ทิพยวงษ์)


พ.อ..........รอง ผอ.กอง พบ./กรรมการ
(ธาตรี บุญเจือ)


พ.ท.หญิง..........พยาบาล รพ.ร.ร.6/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(กัญญา ผณินทร)


22 เม.ย. 2564


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ.

พ.อ..........รอง ผอ.สวค.พบ./ประธานกรรมการ
(ไพรัช มีลาภ)

พ.อ..........ผอ.กอง พบ./กรรมการ
(ปกิจจ์ แสงสว่าง)

พ.อ.หญิง..........นปก.ประจำ พบ./
(สิริวรรณ สมจินตนา) กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ

พ.ท.หญิง..........ประจำ พบ. ชรก.รพ.ร.ร.6/
(อรอนงค์ แสนเจริญ) กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


พ.ท.หญิง..........พยาบาล รพ.ร.ร.6/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(กัญญา ผณินทร)

27 เม.ย. 2564

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/ 524 ลง 29 เม.ย. 64

ตรวจสอบถูกต้อง





นายทหารประจำ คลังเวชภัณฑ์ กภก.รพ.ค่ายสุรนารี
20 / 4 - 9 68.