

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 496/49(พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-1548

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สายสวนหลอดเลือดนำทางสำหรับการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลาย  
(Peripheral guiding catheter)

หน่วยนับ ชุด

## 1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน เป็นสายสวนหลอดเลือดใช้สำหรับนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายชนิดต่างๆเข้าไปในหลอดเลือด

### 1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 มีท่อด้านข้างเพื่อฉีดไล่ (Flush) สารป้องกันการแข็งตัวของเลือด

1.2.2 มี Dilator ในตัวและถอดได้

1.2.3 ปลายสายสวนในสุดมีแถบที่บ่งสีมองเห็นได้ชัดเจนเมื่อทำการเอกซเรย์

### 1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 สายสวนทำด้วยวัสดุที่มีความปลอดภัยต่อหลอดเลือดและมีการเสริมโครงสร้างให้แข็งแรงตลอดท่อเพื่อไม่ให้ท่อหักงอง่ายหรือถูกกดทับให้เสียรูปและสามารถโค้งงอได้ดี

1.3.2 สายสวนมีขนาด 6-8 เฟรนซ์ และมีความยาวไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.3.3 บรรจุในซองพลาสติกผ่านการฆ่าเชื้อและเปิดใช้ได้ง่ายด้วยวิธี Aseptic technique

1.3.4 ขนาดบรรจุ 1 ซอง ต่อ 1 เส้น

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่ส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะตามรูปแบบแคตตาล็อกและทดลองใช้งาน

## คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ประสงค์ ล้อมทอง  
(ประสงค์ ล้อมทอง)

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ  
(ปรีชา อนันตะ)

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง สุพัตรา ชียงคบุตร  
(สุพัตรา ชียงคบุตร)

พยาบาล หน.หน่วยสมรรถภาพหัวใจ กอ.รพ.ร.ร.6/  
กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้  
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.  
ที่ กท 0446.13/22 ลง 11 ม.ค.49

9 ม.ค.2549