

## คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 015/42

|                    |   |
|--------------------|---|
| หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ | 6640-XX-256-2547  |
| ชื่อสิ่งอุปกรณ์    | เครื่องนับแยกชนิดเม็ดเลือดขาว (Differential cell counter) |
| หน่วยนับ           | เครื่อง   |

### 1. คุณลักษณะเฉพาะ

#### 1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.1.1 เป็นเครื่องนับแยกชนิดเม็ดเลือดขาวระบบอิเล็กทรอนิกส์ ควบคุมการทำงานด้วยไมโครโปรเซสเซอร์

1.1.2 ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์

#### 1.2 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน

- ใช้นับแยกชนิดเม็ดเลือดขาว

#### 1.3 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.3.1 มีเป็นสำหรับกดนับเม็ดเลือดขาวและปุ่มใช้งานอื่นๆ ไม่น้อยกว่า 12 แป้น

1.3.2 มีสัญญาณเสียง เมื่อนับเม็ดเลือดได้ 100 ตัว

1.3.3 สามารถนับต่อเนื่องได้ และสามารถนับได้สูงถึง 999 ตัว

1.3.4 สามารถคำนวณเปอร์เซ็นต์เม็ดเลือดขาวได้ แม้จะนับเม็ดเลือดได้น้อยหรือมากกว่า 100 ตัว

1.3.5 มีเป็นสำหรับนับเซลล์ที่ผิดปกติ หรือเซลล์ที่มีลักษณะพิเศษ

1.3.6 สามารถหักลบได้เมื่อกดเป็นผิด

1.3.7 สามารถลบข้อมูลเดิมได้

1.3.8 มีจอแสดงผลเป็นตัวเลข

### 2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

#### 3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหนังสือคู่มือการใช้งานและปรนนิบัติบำรุง เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 2 ชุด (ตัวจริง 1 ชุด)

3.2 มีเครื่องหมายถาวรของบริษัท แสดงชื่อ ที่อยู่ และโทรศัพท์ (สตติกเกอร์) ติดกับเครื่อง สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

**4.วิธีการตรวจสอบ** ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน

-----

**คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.**

(ลงชื่อ)พ.อ. พร้อมพงษ์ พิระบูล ผอ.กวก.พบ. / ประธานกรรมการ  
(พร้อมพงษ์ พิระบูล)

(ลงชื่อ)พ.อ. อำนาจ ธรรมจินดา ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ  
(อำนาจ ธรรมจินดา)

(ลงชื่อ)พ.อ.หญิงจตุพร พูลเกษ หน.สปจ.กสน.วพม.  
(จตุพร พูลเกษ)

6/ ก.ย./ 42

**คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ ทบ.**

(ลงชื่อ) พล.ต. ปราโมทย์ วงศ์วิเศษ ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ  
(ปราโมทย์ วงศ์วิเศษ)

(ลงชื่อ) พ.อ. จักรี ตันติพงษ์ ผอ.กกบ.พบ./กรรมการ  
(จักรี ตันติพงษ์)

(ลงชื่อ)พ.ท. เทวมิตร พลภักดี หน.กบ.ทบ./กรรมการ  
(เทวมิตร พลภักดี)

14 / ต.ค./42

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้ตาม  
อนุมัติ ผบ.ทบ.ทำยบันที่ กบ.ทบ.  
ต่อที่ กท 0404/ 3831 ลง 27 เม.ย.43