

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 229/49(พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6510-XX-247-1281

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ขวดสุญญากาศดูดเลือด/หนองและน้ำเหลืองแบบแรงดูดต่ำ
(Low Vacuum Wound Drainage Set)

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้ดูระบายของเหลวประเภทเลือด/หนองและน้ำเหลืองหลังการผ่าตัด ศัลยกรรมทั่วไปหรือศัลยกรรมเฉพาะทาง

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 ขวดเป็นพลาสติกใสทำมาจาก polyethylene สามารถมองเห็นจำนวนสารคัดหลั่งที่ออกมาได้

1.2.2 ขวดสามารถถอดเพื่อเทเลือดหรือสารคัดหลั่งที่เต็มขวดออกทิ้งและใส่กลับไปได้ใหม่ได้

1.2.3 ที่สายระบายเลือดจะมี marker บอกระยะความยาวของสาย สามารถมองเห็นได้เมื่อผ่านเอกซเรย์

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 ใน 1 ชุด ประกอบด้วย

1.3.1.1 ขวดพลาสติกใสแบบบีบได้ด้วยมือ ขนาดความจุจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.3.1.2 สายระบายเลือดที่ออกแบบมาเป็นแบบที่ป้องกันการหักงอง่าย (kink) และมีหลายขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางให้เลือก จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.3.1.3 เข็มเหล็กสำหรับแทง

1.3.2 ทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว

1.3.3 เป็นชนิดใช้ครั้งเดียว

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ. ประสงค์ ล้อมทอง
(ประสงค์ ล้อมทอง)

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ. ปรีชา อนันตะ
(ปรีชา อนันตะ)

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.ต.หญิง วรรณวดี ลือสุทธิวิบูลย์
(วรรณวดี ลือสุทธิวิบูลย์)

พยาบาล รพ.ร.ร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อनुมติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/959 ลง 20 ต.ค.48