

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 255/49(พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-1307

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดดูดเสมหะ (Suction set)

หน่วยนับ ชุด

## 1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้ในการดูดเสมหะหรือของเหลว

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 ใน 1 ชุด ประกอบด้วย

1.2.1.1 ท่อดูดเสมหะ (Suction tube) จำนวน 1 เส้น

1.2.1.1.1 ผลิตจากพลาสติก พีวีซี ชนิดที่ใช้ทางการแพทย์

1.2.1.1.2 เป็นท่อพลาสติกใส สามารถมองเห็นของเหลวไหลผ่านได้

1.2.1.1.3 ความยาวของท่อพลาสติกไม่น้อยกว่า 50 ซม.

1.2.1.1.4 ปลายสายมนและเรียบไม่ทำให้เกิดอันตรายต่อเนื้อเยื่อของร่างกาย

1.2.1.1.5 มีรูเปิดด้านข้างเรียงสลับกัน เป็นระยะๆจากปลาย

1.2.1.2 ถุงมือยาง (Glove) จำนวน 1 ซิน

1.2.1.2.1 เป็นถุงมือยางอย่างดีที่ทำจากยางธรรมชาติ

1.2.1.2.2 เนื้อบางและเหนียว สวมใส่กระชับมือ ไม่นึกขาดง่าย

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 ปราศจากเชื้อแล้ว

1.3.2 บรรจุรวมในซองพลาสติกชนิดที่มีความเหนียวและทนทานต่อการเจาะขาด

1.3.3 ขนาดจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันส่งของ

3.2 บรรจุภัณฑ์มีข้อความที่ทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน

**คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.**

- |  |  |
|--|--|
| (ลงชื่อ) พ.อ.ประสงค์ ล้อมทอง<br>(ประสงค์ ล้อมทอง)  | ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ                                   |
| (ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ<br>(ปรีชา อนันตะ)        | ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ   |
| (ลงชื่อ) พ.ท.หญิง ปทุมมา จงศิริ<br>(ปทุมมา จงศิริ) | หน.แผนกเวชปริทัศน์กลาง รพ.ร.ร.6/<br>กรรมการร่วมจากหน่วยใช้ |

18 ต.ค.2548

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อำนวยให้ใช้  
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.  
ที่ กท 0446.13/959 ลง 20 ต.ค.48