

แบบการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์โดยใช้เกณฑ์คุณภาพ (PRICE PERFORMANCE)

ชื่อ เครื่องช่วยหายใจชนิดเคลื่อนย้ายได้

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. เลขที่ 091/40 หมายเลข 6515-M-62-P-1531

บริษัท/ห้าง/ร้าน.....

ลำดับ	เกณฑ์การประเมินที่ใช้ในการพิจารณา	น้ำหนัก คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	หมายเหตุ
1	สามารถใช้ได้กับผู้ป่วยตั้งแต่เด็ก 5 กิโลกรัม จนถึงผู้ใหญ่	15		
2	มีภาคการทำงานให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง (High flow mode)	15		
3	มีน้ำหนักเบา สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก พกพาขึ้นรถพยาบาลและ อากาศยานได้ในที่สูงถึง 25,000 ฟุต	15		
4	มีมาตรฐาน RTCA-DO160G, EN1789, EN794-3	15		
5	มีระบบผลิตอากาศภายในตัวเครื่อง ชนิด Turbine	15		
6	มีระบบ Hot-swap สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ในขณะที่เครื่องกำลัง ทำงาน โดยที่เครื่องจะสามารถกลับมาทำงานได้อย่างต่อเนื่องที่ค่าการ ทำงานเดิม หลังจากเปลี่ยนแบตเตอรี่ โดยไม่ต้องตั้งค่าใหม่	15		
7	มีระบบช่วยการปรับตั้งค่าอัตโนมัติ Fast forward หรือ Quick Start	10		
	คะแนนรวม	100		

หมายเหตุ

หลักเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี จะพิจารณา
ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น (PRICE PERFORMANCE) โดยพิจารณาการให้คะแนนตามปัจจัยหลักและ
น้ำหนักที่กำหนดดังนี้

1. ราคาที่เสนอราคา (ตัวแปรหลัก) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 30
2. ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 70

พ.อ.....ประธานกรรมการ

(นิตวัฒน์ นิวาสะบุตร)

พ.ท.....กรรมการ

(ดิษการ เลิศธรรม)

ร.อ.....กรรมการ

(ธนัท ณ น่าน)