

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 089/40

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-35-253-0002

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ
(Blood pressure monitor, automatic)

หน่วยนับ เครื่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.1.1 เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องใช้หูฟัง

1.1.2 ใช้วัดความดันโลหิตได้ทั้งผู้ใหญ่และเด็ก

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้วัดความดันโลหิต และเครื่องจะแสดงค่าความดันโลหิตที่วัดได้โดยอัตโนมัติ

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.3.1 ตัวเครื่องประกอบเป็นชิ้นเดียวกับกล่อง มีฝาปิด

1.3.2 สามารถวัดได้ทั้งความดันโลหิตและชีพจร

1.3.3 หลักการทำงานใช้ระบบ Oscillometric

1.3.4 สามารถวัดความดันโลหิตได้ในช่วง 20-255 มิลลิเมตรปรอท

1.3.5 สามารถวัดชีพจรได้ในช่วง 40-200 ครั้งต่อนาที

1.3.6 มีหน้าปัดชนิด LCD หรือ LED แสดงค่า systolic, diastolic pressure และชีพจร

1.3.7 ใช้แบตเตอรี่ชนิด Ni-Cd ชนิดอัดไฟได้ใหม่

1.3.8 มีสัญญาณแสงเตือนเมื่อจะต้องอัดไฟใหม่

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหนังสือคู่มือการใช้งานและปรนนิบัติบำรุง เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ อย่างละ 2 ชุด
(ตัวจริง 1 ชุด)

3.2 มีเครื่องหมายถาวรของบริษัท แสดงชื่อ ที่อยู่ และโทรศัพท์ (สติกเกอร์) ติดกับเครื่องสามารถมองเห็นได้ชัดเจน

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อกและทดลองใช้งาน

/คณะกรรมการ...

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

- | | |
|---|--------------------------------------|
| (ลงชื่อ) พ.อ.วีระชัย ภาษา
(วีระชัย ภาษา) | ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ |
| (ลงชื่อ) พ.อ.อำนาจ ธรรมจินดา
(อำนาจ ธรรมจินดา) | ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ |
| (ลงชื่อ) พ.ท.ปราโมทย์ อัมวัฒนา
(ปราโมทย์ อัมวัฒนา) | รอง ผบ.กรมนักเรียน รร.สร.พบ./กรรมการ |

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ ทบ.

- | | |
|--|-----------------------|
| (ลงชื่อ) พล.ต.ปราโมทย์ วงศ์วิเศษ
(ปราโมทย์ วงศ์วิเศษ) | ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ |
| (ลงชื่อ) พ.อ.ณรงค์ พันธุ์ภักดี
(ณรงค์ พันธุ์ภักดี) | ผอ.กทบ.พบ./กรรมการ |
| (ลงชื่อ) พ.ท. ภูวนารถ ชมพูนตร
(ภูวนารถ ชมพูนตร) | หน.รร.กบ.ทบ./กรรมการ |

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อันุมัติให้ใช้ตาม
อนุมัติ ผบ.ทบ. ทำขึ้นที่ก ๑ กบ.ทบ.
ที่ต่อ กท 0404/ 11792 ลง 8 ส.ค.40